



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

Finanzas
Secretaría de Planeación,
Finanzas y Administración

**POR AMOR A
PUEBLA**



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GEP-SPFA-LPN-198-622/2026

**ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
(REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO)
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)**

**PARA LOS:
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**

JULIO DE 2026





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

CALENDARIO	
1. FECHA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	29 DE JULIO DE 2026
2. PERIODO DE COMPRA DE BASES	A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 A LAS 16:00 HORAS (VER PUNTO 2.4.3.1)
3. ENVÍO DE DUDAS	A PARTIR DE LA FECHA DE CONVOCATORIA HASTA LAS 17:00 HORAS DEL 31 DE JULIO DE 2026
4. JUNTA DE ACLARACIONES	EL 10 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 12:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	EL 14 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 11:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
6. COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	EL 19 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 17:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
7. COMUNICACIÓN DE FALLO (VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	A PARTIR DE LAS 17:30 HORAS DEL 21 DE AGOSTO DE 2026 Y HASTA CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES

ÍNDICE	
1.- DEFINICIONES.	16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.	17. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.
3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
4.- ASPECTOS TÉCNICOS.	19.- CONTRATOS.
5.- ASPECTOS ECONÓMICOS.	20.- TRANSPORTACIÓN.
6.- ASPECTOS INFORMATIVOS.	21.- LUGAR DE ENTREGA.
7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.	22.- DEVOLUCIONES.
8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
9.- JUNTA DE ACLARACIONES.	24.- PAGO.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.	25.- ASPECTOS VARIOS.
11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.	26.- INCONFORMIDADES.
12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.	27.- AVISO DE PRIVACIDAD.
13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.	
14.- FALLO.	
15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.	

ANEXOS
ANEXO A: CARTA MODELO ARTÍCULO 77, ESTATUTOS GENERALES Y ESCRITO PODER.
CARÁTULA DEL ANEXO B.
ANEXO B: FORMATO PROPUESTA TÉCNICA.
ANEXO B1: FORMATO CURRÍCULUM DEL LICITANTE.
ANEXO C: PROPUESTA ECONÓMICA.
ANEXO D: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
ANEXO E: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO.
ANEXO F: FORMATO ELABORACIÓN DE PREGUNTAS.
ANEXO G: FORMATO CARTA DATOS GENERALES.
ANEXO H: FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES.
ANEXO I: FORMATO CARTA NO CONFLICTO DE INTERESES.
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES.
MODELO DE CONTRATO (A MANERA DE REFERENCIA).





En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en los Artículos 1, 15, 31 fracción II y 33 fracción LXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como en los Artículos 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b), 63, 67 fracción V, 80, 82 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en el Artículo 47 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026, de conformidad con los Artículos 1, 5 fracción, VI inciso c), numeral 1, 69 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, se emiten las siguientes:

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GEP-SPFA-LPN-198-622/2026

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

1.- DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases, se establecen las siguientes definiciones:

1.1.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CONTRATANTE: Dirección de Administración y Operación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.

1.2.- BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos y demás elementos que los lleguen a conformar, mismos que contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se regirá la presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la adquisición de los bienes que se oferten.

1.3.- CONVOCANTE: Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Dirección General de Adjudicaciones de la Subsecretaría de Administración.

1.4.- CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los Artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma.

1.5.- DOMICILIO DE LA CONTRATANTE: Calle, 6 Norte no. 603 Col. Centro Puebla, Pue. C.P. 72000.

1.6.- DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: En las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicadas en el segundo piso del edificio que ocupa la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, en Avenida Cúmulo de Virgo, número 1358, Colonia Reserva Territorial Atlixáyotl, Puebla, Pue. CP. 72460.

1.7.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto atender los requerimientos de la Contratante para la adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (refacciones, accesorios y consumibles de equipo médico) para los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

1.8.- LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

1.9.- LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026**.

1.10.- LICITANTE: La persona física o moral que participe en la licitación de conformidad con lo que establecen las presentes bases.

1.11.- LICITANTE ADJUDICADO: La persona física o moral que resulte adjudicada conforme al fallo de las presentes bases.

1.12.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos.

1.13.- PROVEEDOR: La persona física o moral que celebre contrato(s) de adquisiciones, con la Contratante como resultado de la presente Licitación.

1.14.- PROPUESTA: Proposición legal, técnica o económica que se presenta en esta Licitación conforme a estas bases, para su análisis y valoración en todos sus aspectos.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

1.15.- VERIFICADOR DEL CONTRATO: Subdirección de Control y Gestión Operativa de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN:

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

2.1.- ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, según cantidades, especificaciones y características descritas en el **ANEXO 1** de las presentes bases.

2.2.- El carácter de esta licitación es: **NACIONAL.**

2.3.- El origen de los recursos es: **ESTATAL.**

2.4.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES.

2.4.1.- PERIODO PARA ADQUIRIR BASES: DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2026, EN UN HORARIO DE 09:00 A 16:00 HORAS.

2.4.2.- CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar a través de la página: <http://licitaciones.puebla.gob.mx/>, **DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2026,** en días hábiles y en un horario de **09:00 a 16:00 horas,** también en el domicilio de la convocante **DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2026, EN UN HORARIO DE 09:00 A 16:00 HORAS.**

2.4.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES: Para adquirir las bases de la presente licitación deberán efectuar el pago de estas de acuerdo con lo siguiente:

2.4.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar el pago, se deberá solicitar la generación de la “orden de cobro”, previa presentación del ANEXO G de las bases debidamente llenado y legible, así como, la copia de la Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2026 del licitante y de la identificación oficial con fotografía VIGENTE (credencial del INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR) de la persona que realiza el trámite y firma el ANEXO G. Esta orden de cobro se expedirá POR LA CONVOCANTE POR CORREO ELECTRÓNICO o de manera

presencial en las oficinas de la convocante DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2026, en un horario de **09:00 a 16:00 horas.**

2.4.3.1.1.- Deberán solicitar la generación de la “Orden de Cobro”, **AL SIGUIENTE CORREO.**

ordendecobrodabs@puebla.gob.mx

Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada su referencia de pago. **Sólo se generará dicha orden DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2026 en un horario de 09:00 a 16:00 horas.**

Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la recepción de su solicitud al teléfono (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ ext. 5062.

2.4.3.2.- PAGO DE BASES: Una vez obtenida la Orden de Cobro, se deberá pagar el monto establecido en el PUNTO 2.4.4 en los bancos referidos en dicha orden teniendo como fecha límite el periodo señalado en la misma orden.

2.4.4.- COSTO DE BASES: \$3,680.00 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) pagaderos en las instituciones bancarias señaladas en la orden de cobro.

2.4.5.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de bases de esta licitación, se deberá respetar el periodo y horarios mencionados en los **PUNTOS 2.4.2., 2.4.3.1. y 2.4.3.2.**

2.4.6.- Es requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

2.4.6.1.- Es **OBLIGATORIO** que los licitantes que solicitaron generación de orden de cobro envíen mediante correo electrónico el **COMPROBANTE DE PAGO ANTES DE LA FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES**, en caso de no enviarlo, **NO** serán tomados en cuenta para la participación en dicho evento.

Se reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el PUNTO 2.4.3.1 de las bases.





2.5.- CONSTANCIA DE NO INHABILITADO

2.5.1.- No podrán participar en los procedimientos de adjudicación o contratación que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, las personas físicas o jurídicas que no presenten la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas. Dicha constancia tendrá una Vigencia de 30 días naturales a partir del día de su expedición.

2.5.2.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, previo pago de derechos del servicio y en los casos que resulte procedente, entregará al solicitante la “Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas” a que se refiere el acuerdo respectivo, la cual deberá tramitarse en la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios ubicado en Vía Atlixcáyotl 1101, Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl, en caso de duda, podrán comunicarse al teléfono: (222) 3-03-46-00 ext. 30134 y 30102 o bien, será expedida en los casos que resulte procedente a través de la página <https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/ventanilla/> realizando los siguientes pasos:

1. Buscador: “Constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas para participar en procedimientos de adjudicación.” (clic)

2. Seguir las indicaciones

2.6.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El licitante deberá presentar tres (3) sobres o empaques debidamente cerrados, sellados con cinta adhesiva, e identificados con nombre del licitante, número de licitación **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026** y número de sobre; en el lugar y fechas establecidas en el **PUNTO 10** de estas bases.

2.6.1.- Previo a la apertura de los tres sobres, el licitante deberá presentar FUERA DE LOS SOBRES la Constancia de No Inhabilitado de Personas Físicas y/o Jurídicas, VIGENTE, con Código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, de adquisiciones, arrendamientos o servicios. En términos del acuerdo de la Secretaría de la Contraloría (actualmente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de abril de 2021, el incumplimiento a lo anterior será causa de descalificación.

3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES.

El **PRIMER SOBRE** deberá contener lo siguiente:

3.1.- DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES DE LAS CUALES UNA DEBERÁ ESTAR SELLADA, RUBRICADA, FIRMADA Y FOLIADA EN ORIGINAL CON TINTA AZUL, de los siguientes documentos:

3.1.1.- PERSONA FÍSICA

- Acta de Nacimiento de la persona física que firma la propuesta.
- Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2026 (documento emitido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), donde se reflejan datos del contribuyente, actividades económicas (deberá ser relacionada a la presente adquisición), régimen, obligaciones, entre otras.)
- Identificación Oficial con fotografía (**INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE**) de la persona que firma la propuesta. (**DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO**).
- Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, vigente, con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses. (La dirección que contenga el comprobante de domicilio deberá corresponder con la señalada en la Constancia de Situación Fiscal). En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del licitante, deberán presentar original y copia simple legible del contrato de arrendamiento junto con copia simple legible de las identificaciones de los suscriptores del mismo, que cuenten con facultades para ello.

3.1.2.- PERSONA MORAL

- Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2026 (documento emitido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), donde se reflejan datos del contribuyente, actividades económicas (deberá ser relacionada a la presente adquisición), régimen, obligaciones, entre otras.)





- Acta Constitutiva de la Empresa; en caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, deberán presentar las dos últimas. Resaltando, preferentemente, en qué consiste la modificación. (El objeto social indicado en el acta constitutiva de la empresa, deberá coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta Licitación), dichos instrumentos deberán incluir Boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio en el que conste el folio mercantil. **(DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LOS INSTRUMENTOS).**
- Instrumento Notarial de la persona con poder general para Actos de Administración y/o poder especial para participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para presentar y firmar propuestas, en tamaño carta. **(DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LOS INSTRUMENTOS).**
- Identificación Oficial con fotografía (INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE) de la persona que firma la propuesta, conforme al poder. **(DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO).**
- Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, vigente, con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses. (La dirección que contenga el comprobante de domicilio deberá corresponder con la señalada en la Constancia de Situación Fiscal). En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del licitante, deberán presentar original y copia simple legible del contrato de arrendamiento junto con copia simple legible de las identificaciones de los suscribientes del mismo, que cuenten con facultades para ello.

3.1.3.- En caso de que asista un tercero en representación de la persona física o moral, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una Carta Poder simple Original otorgada por la

persona facultada para ello, para acudir en su representación a los eventos de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, Comunicación de Evaluación Técnica, Apertura de Propuestas Económicas y Fallo (anexando originales o copias certificadas para cotejo de las **identificaciones oficiales vigentes de quien otorga el poder, de quien lo recibe, así como de los testigos** y copia simple legible de las mismas).

NOTA: La Carta Poder simple podrá presentarse fuera de los sobres e identificarse en cada evento, deberá contener los siguientes elementos:

- ✓ Nombre y firma del otorgante;
- ✓ Nombre y firma de quien recibe el poder;
- ✓ Debe hacer referencia al procedimiento de licitación correspondiente;
- ✓ Manifestando que le otorga poder amplio, cumplido y bastante para asistir, participar e intervenir en los distintos eventos del proceso de licitación, así como presentar los documentos legales, técnicos y propuesta económica; y
- ✓ Nombre y firma de 2 testigos.

3.2.- Carta Original ANEXO A, se colocará dentro del folder de copias dirigida a la Convocante, en hoja membretada, sellada, foliada y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello, de acuerdo con el formato **ANEXO A** establecido en las presentes bases.

3.3.- Carta Original de No Conflicto de Interés se colocará dentro del folder de copias dirigida a la Convocante, en hoja membretada, sellada, foliada y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona autorizada para ello, de acuerdo con el formato **ANEXO I** establecido en las presentes bases.

3.4.- Constancia de registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

- En caso de que el licitante no se encuentre inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, deberá presentar carta en original en hoja membretada del licitante, debidamente sellada, foliada y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello, dirigida a la convocante y haciendo referencia al presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026**, en la que se compromete en caso de que se le adjudique el contrato, a iniciar los trámites ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para inscribirse o actualizarse en dicho Padrón y





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

entregar a la contratante la documentación que acredite el inicio de citado trámite.

3.5.- Copia simple legible del documento vigente de la Opinión **positiva** respecto del Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32D, regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Deberá contener código QR legible que permita su verificación de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente.

3.6.- Deberán presentar copia simple legible del comprobante de pago de compra de bases del presente procedimiento, acompañado del comprobante fiscal electrónico.

Nota: el comprobante fiscal electrónico podrá ser descargado a través de la página <https://servicios.sfapuebla.gob.mx/ComprobanteDePago>.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se solicita a todos los licitantes que la documentación legal, original y copia solicitada según sea el caso, se presente preferentemente señalada (las copias con marca-textos) para su rápida identificación, en un solo sobre o paquete cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del licitante, número de licitación y la leyenda "Documentación Legal o Sobre 1", de la cual los originales o copias certificadas estarán en un folder dentro del sobre 1 y las copias simples en tamaño **carta** en folder con broche baco (cada juego de copias en un folder), dentro del mismo sobre o paquete, respetando en ambos casos el orden de presentación. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA, NI SELLADA EN ESPACIOS QUE OCUPEN LOS CÓDIGOS BIDIMENSIONALES (QR).**

Únicamente se permitirá presentar fuera del sobre, el original de la Identificación Oficial con fotografía (**INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE**) de la persona que asiste o en su caso, carta poder simple junto con identificación oficial (**INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE**) de quien otorga poder y quien lo recibe.

En caso de que el licitante no presente la copia simple de algún documento, podrá, de así considerarlo pertinente y bajo su propio riesgo, dejar el documento original para copia y cotejo por parte de la Convocante, pudiendo solicitar su devolución a partir del día hábil

posterior a la emisión del fallo y hasta 3 meses posteriores, después de este término los documentos serán enviados al Archivo General.

4.- REQUISITOS TÉCNICOS

El **SEGUNDO SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con el nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda "Propuesta Técnica" o Sobre 2, deberá contener:

Toda la propuesta deberá presentarse en original y copia simple debidamente separados, en diferentes recopiladores de dos argollas, debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etc. y separando los originales de las copias. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA.**

4.1.- PROPUESTA TÉCNICA.

4.1.1.- La propuesta técnica estará integrada por la **CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**, así como demás cartas y documentos solicitados en el numeral 4 de las bases. Invariablemente, deberán estar impresos en **HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE** y presentarse en original y copia simple, indicando el número de la Licitación **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026**, dirigido a la Convocante. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos descritos en este párrafo, la propuesta será descalificada. La falta de alguno de los elementos mencionados en este punto será total responsabilidad del licitante.

4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la Propuesta Técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, con copia simple para su cotejo, copias que deberán estar **foliadas, selladas (para personas morales)** y debidamente **firmadas** por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial, **la devolución de los originales o copias certificadas para cotejo será a partir del día hábil posterior a la emisión del fallo y hasta 3 meses posteriores, después de este término los documentos serán enviados al archivo general.**

4.1.3.- La **CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**, deberán estar debidamente capturados en formato **Word** (con la información idéntica a la presentada en el documento físico) en 2 dispositivos **USB**, los cuales serán proporcionados por el licitante.

NOTA: Al finalizar el evento de presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas





Técnicas, uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que éstos no estén sin información, que no contengan virus y los mismos estén identificados con el nombre del licitante, preferentemente, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada en formato Word, no escaneada, no presentar el formato como imagen, a renglón seguido no dividir la tabla y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento señalado en el PUNTO 10 de estas bases.

4.2.- Todas las características y especificaciones de la totalidad de las partidas que se manifiesten en la Propuesta Técnica (**ANEXO B**) deberán basarse invariablemente en lo requerido en el **ANEXO 1**, atendiendo también a lo establecido, en su caso, en la Junta de Aclaraciones; no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: La entrega de los bienes adjudicados se realizará a los 30 días hábiles posteriores a la formalización del contrato.

Para efectos de las entregas correspondientes en caso de que al término del cómputo del plazo sea en día inhábil o festivo la entrega se efectuará al siguiente día hábil.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA: Mínimo de 12 meses, a partir de la recepción de los bienes en el almacén de la Contratante.

4.5.- Los datos anteriores deberán coincidir con la propuesta técnica. (**PUNTOS 4.3 y 4.4**) **VER ANEXO B.**

4.6.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA: Se deberán anexar a la Propuesta Técnica (tanto en el original como en la copia) dentro del segundo sobre, además del **ANEXO B** y la **CARÁTULA DEL ANEXO B**, lo siguiente:

4.6.1.- Los licitantes deberán indicar en su Propuesta Técnica, la marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia de los bienes ofertados. En caso de que no aplique modelo, los licitantes deberán indicar **NO APLICA.** (Aplica para las partidas 2 al 4, 6, 8 al 10, 12, 14 al 16, 18, 20 al 22, 24, 26 al 28, 30, 32 al 34, 36, 38 al 40, 42, 44 al 46, 48, 50 al 52, 54, 56 al 58, 60, 62 al 64, 66, 68 al 71, 73, 75 al 78, 80, 82 al 85, 87, 89 al 91, 93, 95 al 97, 99, 101 al 103, 105, 107 al 109, 111,

113 al 115, 117, 119 al 121, 123, 125 al 127, 129, 131 al 133, 135, 137 al 139, 141, 143 al 145, 147, 149 al 151, 153, 155 al 157, 159, 161 al 163, 165, 167 al 169, 171, 173 al 175, 177, 179 al 181, 183, 185 al 187, 189, 191 al 193, 195, 197 al 199, 201, 203 al 205, 207, 209 al 211, 213, 215 al 217, 219, 221 al 223, 225, 227 al 229, 231, 233 al 235, 237, 239 al 241, 243, 245 al 247, 249, 251 al 253, 255, 257 al 259, 261, 263 al 265, 267, 269 al 271, 273, 275 al 277, 279, 281 al 283, 285, 287 al 289, 291, 293 al 295, 297, 299 al 301, 303, 305 al 307, 309, 311 al 313, 315, 317 al 319, 321, 323 al 325, 327, 329 al 331, 333, 335 al 337, 339, 341 al 343, 345, 347 al 349, 351, 353 al 355, 357, 359 al 361, 363, 365 al 367, 369, 371 al 373, 375, 377 al 379, 381 al 384, 386, 388 al 390, 392, 394, 396 al 415, 430, 431, 436, 437, 441, 442, 444, 451 al 456, 458, 460, 462, 464, 466, 469 al 473, 478 al 484, 486, 488, 490 al 492, 495 al 497, 503, 508, 509, 515, 516, 518, 519, 524, 526, 527, 532, 539, 540, 547, 548, 555 al 557, 564, 568, 570, 580, 585, 588, 593, 594, 596, 603, 608, 609, 611, 618, 619, 621, 622, 624, 626, 630, 632, 634, 635, 637, 639, 641, 643, 645 y 646, 651 al 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 685, 687, 688 y 690).

4.6.1.1.- Los licitantes deberán indicar en su Propuesta Técnica, la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el Registro Sanitario), laboratorio fabricante, presentación y país de procedencia de los bienes ofertados. (Aplica para las partidas 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 72, 74, 79, 81, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 128, 130, 134, 136, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 164, 166, 170, 172, 176, 178, 182, 184, 188, 190, 194, 196, 200, 202, 206, 208, 212, 214, 218, 220, 224, 226, 230, 232, 236, 238, 242, 244, 248, 250, 254, 256, 260, 262, 266, 268, 272, 274, 278, 280, 284, 286, 290, 292, 296, 298, 302, 304, 308, 310, 314, 316, 320, 322, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 344, 346, 350, 352, 356, 358, 362, 364, 368, 370, 374, 376, 380, 385, 387, 391, 393, 395, 416 al 429, 432 al 435, 438 al 440, 443, 445 al 450, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 468, 474 al 477, 485, 487, 489, 493, 494, 498 al 502, 504 al 507, 510 al 514, 517, 520 al 523, 525, 528 al 531, 533 al 538, 541 al 546, 549 al 554, 558 al 563, 565 al 567, 569, 571 al 579, 581 al 584, 586, 587, 589 al 592, 595, 597 al 602, 604 al 607, 610, 612 al 617, 620, 623, 625, 627 al 629, 631, 633, 636, 638, 640, 642, 644, 647 al 650, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 684, 686 y 689).

4.6.2.- Los licitantes deberán presentar currículo en hoja membretada, debidamente firmado por la persona autorizada para ello y sellado, en el que indique su experiencia mínima de 1 año en la venta o comercialización de bienes iguales o similares a los





requeridos, de acuerdo con el **ANEXO B1**.

4.6.3.- Los licitantes deberán presentar una relación en formato libre de al menos tres (3) ventas o comercializaciones de bienes iguales o similares en características a los solicitados en el presente procedimiento de adquisición, efectuados durante los últimos tres (3) años, a clientes distintos. Dicha relación deberá incluir por cada venta o comercialización: Nombre del cliente, domicilio, teléfono de contacto, monto y descripción del bien, así como indicar a qué sector fue destinado (público o privado).

Como soporte documental, se deberá presentar copia simple legible de los contratos debidamente formalizados y/o facturas expedidas a nombre del licitante, correspondiente a la venta o comercialización previamente enlistadas. Cada documento deberá contener de manera visible: importe total, fecha de expedición y/o periodo de adquisición de los bienes.

4.6.4.- Los licitantes deberán presentar escrito libre en hoja membretada, debidamente firmado por la persona autorizada para ello y sellado, donde indique un correo electrónico y número telefónico para cualquier aclaración, con atención las 24 horas del día de lunes a domingo.

4.6.5.- Los licitantes deberán presentar, carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para ello y sellada, donde se comprometan, en caso de resultar adjudicado, a lo siguiente:

a) A realizar la entrega de los bienes en el plazo y lugar señalado por la Contratante.

b) A realizar el canje al 100% de los bienes adjudicados que presenten vicios ocultos o que resulten dañados por defectos de fabricación, empaque y/o transportación, a partir de la recepción de los mismos en el almacén de la Contratante, estos le serán devueltos y deberán sustituirlos en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Se entiende por vicios ocultos cualquier inconsistencia que no pueda ser apreciable al momento de la recepción de los bienes.

c) A apegarse estrictamente a las características y especificaciones técnicas establecidas en forma individual por cada una de las partidas solicitadas.

d) A no entregar bienes en malas condiciones, ya sea por su interior maltratado, roto o mojado.

e) A garantizar los bienes por un periodo mínimo de 12 meses, a partir de la recepción de los mismos en el

almacén de la Contratante.

f) A liberar a la contratante de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa o cualquiera derivada de la relación jurídica generada con la Contratante, que en su caso se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.

g) A contar con el equipo y personal necesarios para la entrega de los bienes en el lugar que indique la Contratante, sin costo extra.

h) A ser el único responsable de la relación laboral, pago oportuno de sus salarios, deslindando de cualquier responsabilidad a la Contratante y en ningún caso se considera a la Contratante como patrón sustituto o patrón solidario, responsabilizándose así por el personal que participe para la entrega de los bienes ofertados.

4.6.6.- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica los siguientes documentos:

a) En caso de ser fabricante o distribuidor primario o distribuidor secundario de los bienes ofertados: deberá presentar en original carta en hoja membretada y con firma autógrafa en la que se comprometa a cumplir con el abasto suficiente de los bienes solicitados en la descripción de las partidas, indicando el número del procedimiento, marca y/o nombre del fabricante y en su caso modelo de los bienes ofertados. (Aplica para las partidas 2 al 4, 6, 8 al 10, 12, 14 al 16, 18, 20 al 22, 24, 26 al 28, 30, 32 al 34, 36, 38 al 40, 42, 44 al 46, 48, 50 al 52, 54, 56 al 58, 60, 62 al 64, 66, 68 al 71, 73, 75 al 78, 80, 82 al 85, 87, 89 al 91, 93, 95 al 97, 99, 101 al 103, 105, 107 al 109, 111, 113 al 115, 117, 119 al 121, 123, 125 al 127, 129, 131 al 133, 135, 137 al 139, 141, 143 al 145, 147, 149 al 151, 153, 155 al 157, 159, 161 al 163, 165, 167 al 169, 171, 173 al 175, 177, 179 al 181, 183, 185 al 187, 189, 191 al 193, 195, 197 al 199, 201, 203 al 205, 207, 209 al 211, 213, 215 al 217, 219, 221 al 223, 225, 227 al 229, 231, 233 al 235, 237, 239 al 241, 243, 245 al 247, 249, 251 al 253, 255, 257 al 259, 261, 263 al 265, 267, 269 al 271, 273, 275 al 277, 279, 281 al 283, 285, 287 al 289, 291, 293 al 295, 297, 299 al 301, 303, 305 al 307, 309, 311 al 313, 315, 317 al 319, 321, 323 al 325, 327, 329 al 331, 333, 335 al 337, 339, 341 al 343, 345, 347 al 349, 351, 353 al 355, 357, 359 al 361, 363, 365 al 367, 369, 371 al 373, 375, 377 al 379, 381 al 384, 386, 388 al 390, 392, 394, 396 al 415, 430, 431, 436, 437, 441, 442, 444, 451 al 456, 458, 460, 462, 464, 466, 469 al 473, 478 al 484, 486,





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

488, 490 al 492, 495 al 497, 503, 508, 509, 515, 516, 518, 519, 524, 526, 527, 532, 539, 540, 547, 548, 555 al 557, 564, 568, 570, 580, 585, 588, 593, 594, 596, 603, 608, 609, 611, 618, 619, 621, 622, 624, 626, 630, 632, 634, 635, 637, 639, 641, 643, 645 y 646, 651 al 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 685, 687, 688 y 690).

b) En caso de ser fabricante o distribuidor primario o distribuidor secundario de los bienes ofertados: deberá presentar en original carta en hoja membretada y con firma autógrafa en la que se comprometa a cumplir con el abasto suficiente de los bienes solicitados en la descripción de las partidas, indicando el número del procedimiento, la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el Registro Sanitario), laboratorio fabricante y presentación de los bienes ofertados. (Aplica para las partidas 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 72, 74, 79, 81, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 128, 130, 134, 136, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 164, 166, 170, 172, 176, 178, 182, 184, 188, 190, 194, 196, 200, 202, 206, 208, 212, 214, 218, 220, 224, 226, 230, 232, 236, 238, 242, 244, 248, 250, 254, 256, 260, 262, 266, 268, 272, 274, 278, 280, 284, 286, 290, 292, 296, 298, 302, 304, 308, 310, 314, 316, 320, 322, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 344, 346, 350, 352, 356, 358, 362, 364, 368, 370, 374, 376, 380, 385, 387, 391, 393, 395, 416 al 429, 432 al 435, 438 al 440, 443, 445 al 450, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 468, 474 al 477, 485, 487, 489, 493, 494, 498 al 502, 504 al 507, 510 al 514, 517, 520 al 523, 525, 528 al 531, 533 al 538, 541 al 546, 549 al 554, 558 al 563, 565 al 567, 569, 571 al 579, 581 al 584, 586, 587, 589 al 592, 595, 597 al 602, 604 al 607, 610, 612 al 617, 620, 623, 625, 627 al 629, 631, 633, 636, 638, 640, 642, 644, 647 al 650, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 684, 686 y 689).

4.6.7.- Los licitantes que oferten bienes de origen nacional o internacional deberán presentar copia simple legible del Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) vigente del bien ofertado, o el equivalente emitido por los organismos de control y/o autoridades sanitarias del país de origen, por ejemplo: FDA, CE, TUV, debiendo presentar el documento que contenga la traducción al idioma español. (Aplica para las partidas 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 72, 74, 79, 81, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 128, 130, 134, 136, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 164, 166, 170, 172, 176, 178, 182, 184, 188, 190, 194, 196, 200, 202, 206, 208, 212, 214, 218, 220, 224, 226, 230, 232, 236,

238, 242, 244, 248, 250, 254, 256, 260, 262, 266, 268, 272, 274, 278, 280, 284, 286, 290, 292, 296, 298, 302, 304, 308, 310, 314, 316, 320, 322, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 344, 346, 350, 352, 356, 358, 362, 364, 368, 370, 374, 376, 380, 385, 387, 391, 393, 395, 416 al 429, 432 al 435, 438 al 440, 443, 445 al 450, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 468, 474 al 477, 485, 487, 489, 493, 494, 498 al 502, 504 al 507, 510 al 514, 517, 520 al 523, 525, 528 al 531, 533 al 538, 541 al 546, 549 al 554, 558 al 563, 565 al 567, 569, 571 al 579, 581 al 584, 586, 587, 589 al 592, 595, 597 al 602, 604 al 607, 610, 612 al 617, 620, 623, 625, 627 al 629, 631, 633, 636, 638, 640, 642, 644, 647 al 650, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 684, 686 y 689).

4.6.8.- Los licitantes deberán presentar copia simple legible vigente por ambos lados del registro sanitario o modificación de registro vigente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por cada una de las partidas ofertadas, el cual deberá coincidir con las características solicitadas del bien, con la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el Registro Sanitario), laboratorio fabricante, país de procedencia y presentación del bien (Aplica para las partidas 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 72, 74, 79, 81, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 128, 130, 134, 136, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 164, 166, 170, 172, 176, 178, 182, 184, 188, 190, 194, 196, 200, 202, 206, 208, 212, 214, 218, 220, 224, 226, 230, 232, 236, 238, 242, 244, 248, 250, 254, 256, 260, 262, 266, 268, 272, 274, 278, 280, 284, 286, 290, 292, 296, 298, 302, 304, 308, 310, 314, 316, 320, 322, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 344, 346, 350, 352, 356, 358, 362, 364, 368, 370, 374, 376, 380, 385, 387, 391, 393, 395, 416 al 429, 432 al 435, 438 al 440, 443, 445 al 450, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 468, 474 al 477, 485, 487, 489, 493, 494, 498 al 502, 504 al 507, 510 al 514, 517, 520 al 523, 525, 528 al 531, 533 al 538, 541 al 546, 549 al 554, 558 al 563, 565 al 567, 569, 571 al 579, 581 al 584, 586, 587, 589 al 592, 595, 597 al 602, 604 al 607, 610, 612 al 617, 620, 623, 625, 627 al 629, 631, 633, 636, 638, 640, 642, 644, 647 al 650, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 684, 686 y 689).

4.6.8.1.- En caso de que el registro sanitario o modificación de registro no estén vigentes, los licitantes podrán presentar copia simple legible por ambos lados de cualquiera de los siguientes documentos:

a) Prórroga del Registro Sanitario vigente emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual deberá coincidir con las





características solicitadas del bien, con la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, país de procedencia y presentación de los bienes.

b) Solicitud de prórroga completa, la cual deberá coincidir con las características solicitadas del bien, con la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, país de procedencia y presentación de los bienes.

4.6.8.2.- En caso de que alguna partida no maneje registro sanitario se deberá presentar:

a) Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada del licitante, firmada por la persona autorizada para ello, donde manifieste que la partida no requiere registro sanitario, o;

b) Documento emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o Secretaría de Salud, en la cual se indique que no se requiere registro y por ende no requieren de Registro Sanitario, subrayando el bien ofertado.

Cada copia de Registro Sanitario vigente, prórroga o carta deberá venir identificado con el número de partida con marcador rojo preferentemente en la parte superior derecha de dicha copia.

La Contratante se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la copia del registro sanitario o modificación del registro, así como en su caso, el documento de que no se requiere registro de la Secretaría de Salud, debiendo ser fiel y auténtica de la original expedida por ella, en dado caso de que se detecte alguna alteración en el registro será motivo de descalificación.

4.6.9.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para ello y sellada, donde se comprometan, en caso de resultar adjudicado, a lo siguiente:

a) A que aceptan y reconocen que toda la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por la Contratante, así como aquella a la que llegase a tener acceso, será considerada como confidencial, por lo que se obliga a mantener absoluta discreción y confidencialidad respecto de cualquier tipo de información, datos o documentación, así como a obligar a sus trabajadores y/o empleados, a mantener en los

mismos términos de discreción tales aspectos confidenciales y a no divulgar a terceros la información, datos o documentación a los que pudieran llegar a tener acceso durante o con posterioridad al desarrollo y entrega de los bienes objeto de la presente adjudicación y a la vigencia de la misma.

b) A que el manejo de la información confidencial incluye, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

I. La obligación de no divulgar la información confidencial a terceras personas sin el consentimiento por escrito de la Contratante;

II. La obligación de no usar la información confidencial para beneficio propio o de terceras personas, debiendo el adjudicado utilizarla exclusivamente con el propósito de cumplir con la adquisición encomendada, y

III. La obligación de no llevar a cabo ninguna acción que pueda llegar a comprometer o poner en riesgo la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por los trabajadores o por la Contratante.

Para efectos de la presente carta, se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas, métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, fórmulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas o cualquier otro tipo de información, propiedad de la contratante a la que tenga acceso el adjudicado; misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, disquetes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

4.7.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La Propuesta Técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre de la siguiente manera:

a) Se deberá presentar la propuesta Técnica en 2 recopiladores (registradores de cartón marmoleado clásico) de dos argollas, **un juego en original firmado en tinta azul** por la persona facultada para ello y otro juego en copia simple. De igual forma, se solicita **NO**





presentar hojas sueltas y/o engrapadas, engargoladas o en fólder con broche.

b) La información contenida en el juego en original y el de copia, deberá ser idéntica.

c) Se solicita que la documentación venga organizada de acuerdo con el orden de los puntos señalados en las presentes bases, debiendo incluir separadores o pestañas.

d) Cada uno de los documentos que integren la Propuesta Técnica deberán estar **debidamente foliados, sellados (obligatorio para personas morales) y con rubrica al margen en todas y cada una de las hojas**, además, la última hoja de cada documento deberá incluir el **nombre y firma** del licitante o de su representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello conforme al poder notarial, tanto en el original como en la copia, el licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo; incluyendo toda la documentación anexa; ejemplo: cartas, permisos, etc., que se les haya solicitado.

e) Los documentos que se anexasen y no hayan sido solicitados en las presentes bases, no serán considerados para la evaluación técnica.

f) Todos los documentos y requisitos solicitados en los aspectos técnicos deberán estar debidamente sellados y foliados, si carecen de ello, no será responsabilidad de la Convocante, por lo que el licitante deberá revisar su información y documentación.

5.-REQUISITOS ECONÓMICOS

El **TERCER SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda "Propuesta Económica" o Sobre 3, deberá contener:

5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA.

5.1.1.- la propuesta económica **ANEXO C**, así como todos los demás documentos solicitados que se anexasen a la misma, deberán presentarse en fólder tamaño carta con broche para archivo, estar impresos en **HOJA MEMBRETADA ORIGINAL DEL LICITANTE**, dirigida a la Convocante, indicando el número de la presente Licitación **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026**, debiendo contener **folio, sello (para personas morales) y rubrica al margen en todas y cada una de las hojas**, además, la última hoja de cada documento deberá incluir el **nombre y firma** del licitante o de su

representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello conforme al poder notarial. La falta de alguno de los elementos mencionados en este punto será total responsabilidad del licitante. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA.**

La propuesta económica del licitante o sobre 3, deberá contener 2 dispositivos **USB** con el **ANEXO C Y** grabado en formato **EXCEL**, mismos que serán proporcionados por el licitante.

NOTA: Al finalizar el evento de apertura de propuestas económicas uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente en PDF.

5.1.2.- Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 decimales como máximo. Adicionalmente, se deberá anexar la leyenda: **"Los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes o terminación del contrato"**.

5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones en la misma.

5.1.4.- En caso de existir descuentos se deberán incluir en el precio unitario.

5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificados, prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el Licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.

5.1.6.- Se solicita que, los precios presentados se protejan con cinta adhesiva preferentemente.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que los mismos no estén sin información, que no contengan virus, que contengan el nombre del licitante, número de licitación y la mención de "Propuesta Económica", que la información solicitada se encuentre debidamente capturada en formato Excel, no escaneada, a renglón seguido y que no tenga problema para leerse, ni que contengan virus. Lo anterior, con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el acta correspondiente del evento señalado en el PUNTO 13 de estas bases. (No incluir imágenes).

5.1.7.- Garantía de seriedad conforme al **PUNTO 7** de estas bases.





5.1.8.- Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta económica, copia simple legible de la Declaración Anual 2025, en la que se advierta que tienen ingresos y las últimas dos Declaraciones Provisionales 2026 (ISR e IVA), con su respectivo acuse de recibido del SAT con sello o liga digital correspondiente y comprobante de pago (anual y provisionales).

6.- ASPECTOS INFORMATIVOS

6.1.- Se informa a los licitantes que toda la documentación que integre sus propuestas, legal, técnica y económica deberá ser presentada en español, o en su caso, con traducción simple al español, el no hacerlo será motivo de descalificación.

6.2.- No se aceptará la participación conjunta, toda vez que se requiere que un solo licitante presente las garantías solicitadas.

7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

7.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción I de la Ley, los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante:

7.1.1.- En el caso de **Cheque** este deberá ser cruzado el cual deberá contener la leyenda **"No negociable"**, a favor del Gobierno del Estado de Puebla.

En caso de presentar cheque cruzado este no deberá contener otra leyenda diversa a **"No negociable"**, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de exhibir cheque cruzado, éste deberá presentarse dentro de una mica o sobre, (no enmicado) por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

7.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su redacción será conforme al **ANEXO D**.

7.2.1.- Para el caso de las **Pólizas de Fianza**, se deberá incluir una leyenda en el cuerpo de dicho instrumento, en la que se aclare que esa póliza se expide a favor del **Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración**.

En todos los casos será por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ofertado sin incluir el IVA.

7.3.- La garantía se exige para cubrir al Gobierno del Estado de Puebla contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

a) Si el (los) licitante(s) retira(n) su oferta.

b) Si el (los) licitante(s) al (los) que se le(s) adjudicó el contrato derivado de esta licitación, no firma(n) el mismo de conformidad con los plazos establecidos en estas bases; esto último en relación con el Artículo 105 de la Ley.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio del Gobierno del Estado de Puebla, como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Esta garantía deberá presentarse dentro del tercer sobre.

7.4.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas de estas maneras será causa de descalificación.

7.5.- Esta garantía se devolverá a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

7.6.- Por lo que respecta al licitante adjudicado, le será devuelta una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva, debidamente sellada de recibido por la Contratante.

7.7.- El horario para recoger dichas garantías será de lunes a viernes de **10:00 a 15:00 horas** en las oficinas de la Convocante, presentando el recibo, su solicitud respectiva y copia de identificación de la persona que recibirá la garantía.

7.8.- La Convocante conservará en custodia las garantías de seriedad que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha de notificación del fallo.

La devolución de las garantías de seriedad a los licitantes se realizará previa solicitud por escrito de los mismos, en un **periodo máximo de seis meses** posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, las garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en el Archivo General.





EVENTOS DE LA LICITACIÓN:

8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.1.- Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos de las bases y requisitos para los licitantes, serán recibidas en horario y días señalados en el **PUNTO 3** del calendario establecido al inicio de las presentes bases, mismas que **invariablemente** deberán ser enviadas en el formato identificado como **ANEXO F** (no escaneado y en formato **WORD**), a través de los correos electrónicos que a continuación se señalan (se deberá indicar en el asunto del correo la leyenda "**PREGUNTAS GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 (NOMBRE DEL LICITANTE)**") debiendo enviar de forma legible escaneado el comprobante de pago de Bases respectivo, por el mismo medio:

juntadeaclaraciones@puebla.gob.mx
guillermo.sancheza@puebla.gob.mx

QUEDA BAJO LA MÁS Estricta RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ EXT. 5062 PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

8.2.- Lo anterior, con el fin de que la Convocante y la Contratante se encuentren en posibilidad de analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las dudas planteadas en tiempo y forma en el evento de Junta de Aclaraciones. En caso de no enviarlas a los correos antes mencionados, en el formato correspondiente, y dentro del término señalado anteriormente, la Convocante **NO LAS CONSIDERARÁ PARA EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

8.3.- Las preguntas serán aceptadas únicamente a través de los correos electrónicos antes mencionados y dentro de la hora prevista. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico, legal y económico previamente presentadas, reservándose la Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

8.4.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse precisando a que punto de las bases o del **ANEXO 1 o anexos** se refieren.

8.5.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos participantes que no hayan enviado su comprobante de pago de Bases.

9.- JUNTA DE ACLARACIONES.

9.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. – Se realizará conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 4**, del calendario establecido al inicio de estas bases.

9.2.- Uno de los representantes de la Convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los licitantes hayan presentado previo a este evento por escrito en los términos señalados en el **PUNTO 8** de estas bases.

9.2.1.- En caso de que alguna de las respuestas emitidas no haya sido precisada con claridad, los licitantes podrán solicitar clarificar la respuesta, tomando en cuenta que, únicamente podrán hacerlo sobre las respuestas relacionadas con alguna de sus preguntas previamente realizadas en los términos señalados en el **PUNTO 8** de las bases. Los licitantes no podrán repreguntar por respuestas de preguntas realizadas por otros participantes; de no tomarse en cuenta lo anterior la Contratante y Convocante no se manifestarán al respecto.

9.3.- Los representantes de la Convocante y de la Contratante, así como los licitantes asistentes, firmarán el acta en la cual se encuentran asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas y se entregará el acta en medio electrónico. La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efectos de dicha acta.

9.4.- Todo lo que se establezca en el acta de Junta de Aclaraciones, será parte integrante de las bases de la presente licitación, de conformidad al Artículo 81 fracción II de la Ley, por lo que los cambios realizados deberán considerarse para la presentación de las propuestas. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

9.5.- Toda vez que, la presencia del licitante no es requisito indispensable para participar en este evento, su inasistencia queda bajo su más estricta consideración, tomando en cuenta que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la Convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que el licitante interesado carezca de alguna información.





La falta de alguna pregunta no invalidará el contenido y efecto del acta.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF EL ACTA DEL EVENTO.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

10.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. - Se realizará conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 5** del calendario establecido al inicio de estas bases. El **registro** se llevará a cabo **20 minutos antes de esa hora**.

Tomando como base la hora que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas del mismo a la hora señalada en el **PUNTO 5**, no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento solo podrá ingresar una persona por licitante o su representante debidamente acreditado.

10.2.- Los licitantes que adquirieron bases y se hayan inscrito, pero, que no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados.

DESARROLLO DEL EVENTO:

10.3.- Declaración oficial del evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas por parte del Representante de la Convocante.

10.4.- Presentación de los representantes de la Convocante, el Órgano Interno de Control y representantes de la Contratante.

10.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes deberán presentar, a través de sus representantes debidamente acreditados los **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA**, conforme a lo señalado en los **PUNTOS 3, 4 y 5** de estas bases.

10.6.- Previo a la apertura de los tres sobres, el licitante deberá presentar fuera de los sobres la **Constancia de No Inhabilitado vigente, con código QR verificable**, para participar en procedimientos de adjudicación, el no hacerlo será motivo de descalificación.

10.7.- Con fundamento en el Artículo 85 fracción II de la Ley, se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada licitante, que debe contener los originales o copias certificadas y copias simples de la documentación solicitada, mismas que se cotejarán en el momento. Los originales o copias certificadas serán devueltos a los licitantes, excepto lo solicitado en el **ANEXO A**. Las copias simples se quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el **PUNTO 3** de las presentes bases, se le hará entrega inmediatamente de los dos sobres que contienen la propuesta técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el abandonar el recinto o permanecer hasta la conclusión del evento.

10.8.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, el cual debe contener lo solicitado en el **PUNTO 4** de estas bases.

10.9.- La **CARÁTULA DEL ANEXO B** será rubricada por los asistentes.

10.10.- Se levantará acta circunstanciada del evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes que no se encuentren presentes o hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los **PUNTOS 3 y 4** de las presentes bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas de los licitantes aceptados.

10.11.- La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efectos del acta.

10.12.- El tercer sobre de cada licitante, cerrado y sellado con cinta adhesiva, que debe contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos en custodia de la Convocante hasta el día del evento de la Apertura de Propuestas Económicas.

10.13.- Si se da el caso, en el que algún licitante haya comprado bases y no presente alguno o ninguno de los sobres solicitados, se le dará acceso al evento, pero sin voz y quedará automáticamente descalificado, situación que será asentada en el acta correspondiente.

11.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA.

La convocante y contratante realizarán la evaluación de





las propuestas técnicas recibidas y emitirán el dictamen técnico respectivo, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en el **PUNTO 12** de estas bases.

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

11.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el **ANEXO 1**, así como los documentos solicitados en el **PUNTO 4.6**, ambos de las presentes bases.

11.2.- La evaluación de las propuestas técnicas se realizará comparando:

- a) Todo lo solicitado en estas bases.
- b) Cartas, Anexos, etc. y
- c) Demás requisitos que se establezcan en la Junta de Aclaraciones.

El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación

12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

12.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. – Se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 6** del calendario establecido de estas bases.

12.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, de cada licitante, según dictamen emitido.

12.3.- Con relación a las propuestas técnicas descalificadas, en ese momento será devuelto el tercer sobre al o los licitantes correspondientes.

12.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el licitante no asiste a este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder de la Convocante, hasta en tanto el licitante acuda a solicitarlo, mediante escrito firmado por la persona autorizada para ello, en un plazo máximo de un mes posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, será considerada como cancelada y resguardada en el Archivo General. Una vez firmada el acta correspondiente a esta Comunicación de Evaluación Técnica, por los asistentes en el entendido que la falta de alguna firma no invalidará el acta se procederá con:

13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

DESARROLLO DEL EVENTO:

13.1.- Declaración oficial del evento de Apertura de Propuestas Económicas por el Representante de la Convocante.

13.2.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.

13.3.- En el caso de las propuestas aceptadas, se procederá a la apertura del tercer sobre y una vez verificada la garantía de seriedad, se dará lectura en voz alta a la propuesta económica.

13.4.- Cuando algún licitante no asista a este evento y su propuesta técnica sea aceptada, el tercer sobre que debe contener la propuesta económica, así como la garantía solicitada, será abierto por el representante de la Convocante y se procederá a dar lectura a la misma.

13.5.- Las propuestas económicas **ANEXO C** serán rubricadas por los asistentes.

13.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento asentando los importes unitarios y totales de todas y cada una de las propuestas económicas aceptadas y las observaciones respectivas, firmando los asistentes y entregando copia a los mismos.

13.7.- Para los fines de la evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de diferencias entre lo plasmado en papel físico (firmado por la persona autorizada para ello) y lo presentado en medio digital, invariablemente prevalecerá lo plasmado en papel físico.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA DEL EVENTO.

13.8.- La Convocante podrá negociar a la baja los precios contenidos en las propuestas económicas de los licitantes, cuando exista el riesgo de declararse desierto el procedimiento, siempre y cuando se haga del conocimiento de todos los licitantes presentes en el evento de la apertura de propuestas; lo anterior de conformidad con la fracción III del Artículo 81 de la Ley.

13.9.- Si se da el caso de negociación, la Convocante levantará el acta respectiva donde se asentará el resultado de este hecho.





13.10.- La convocante conservará en custodia las garantías de seriedad de propuestas, hasta la fecha del fallo, en la que se devolverán a los licitantes a partir del día hábil siguiente al mismo; salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente y acredite haberla presentado al área contratante.

NOTA Al finalizar el evento de apertura de propuestas económicas uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente en PDF.

14.- FALLO.

14.1.- La Convocante, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 88 y 90 de la Ley, comunicará vía correo electrónico (el establecido por el licitante en el **ANEXO G** y/o el asentado en los listados de asistencia a los diversos eventos que conforman la presente licitación), el acta de fallo a los licitantes participantes cuyas propuestas fueron susceptibles de evaluarse técnicamente, a partir del plazo señalado en el **PUNTO 7** del calendario establecido al inicio de estas bases **Y HASTA CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL MISMO.**

14.2.- Una vez que el Acta de Fallo es enviada, es responsabilidad del licitante adjudicado confirmar la recepción de esta, de no hacerlo, se da por entendido que fue recibida y comunicada para cualquier efecto.

15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos:

15.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas.

15.1.1.- Por no presentar fuera del sobre respectivo la **Constancia de No Inhabilitado vigente, con código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación, conforme a lo establecido en el apartado 2.5 de las bases.**

15.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley, ya que todos los requisitos solicitados son esenciales.

15.3.- Si la propuesta técnica, económica y demás documentos solicitados no se presentan en hojas

membretadas originales del licitante, dirigidas a la Convocante, indicando número de licitación, selladas (**obligatorio para personas morales**), rubricadas y en la última hoja el nombre y firma del representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello conforme a poder notarial.

15.4.- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

15.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el **PUNTO 7** de estas bases dentro del tercer sobre o cuando el valor de la garantía de seriedad de propuestas sea inferior al 10% (diez por ciento) del monto total de la oferta sin incluir el I.V.A. (según sea el caso), o si esta garantía no se encuentra debidamente requisitada.

15.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el Artículo 77 de la Ley.

15.7.- Si no presenta original y copia de la propuesta o si esta última estuviera incompleta.

15.8.- Si su propuesta técnica no indica el periodo de entrega o periodo de garantía o si éstos no se ajustan a los establecidos en estas bases o en Junta de Aclaraciones.

15.9.- Si en la propuesta ya sea legal, técnica o económica, existe información que se contraponga, o resulte ambigua y confusa para realizar la evaluación correspondiente.

15.10.- En caso de que la carta solicitada en el **PUNTO 3.2** se presente con alguna restricción o salvedad.

15.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y que afecte a los intereses del Gobierno del Estado de Puebla.

15.12.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en este o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

15.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas técnica, económica e incluso en la documentación legal, que implique el otorgamiento de bienes en condiciones inferiores a las establecidas por





las bases y eventualmente modificadas por la Junta de Aclaraciones, toda vez que lo anterior representa una negociación indirecta de las Bases, de conformidad con lo establecido en los Artículos 79 fracción V y 80 fracción X de la Ley de la materia expresamente establecen que el contenido de las bases no es negociable.

15.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Contratante, previo análisis de la conveniencia de la aceptación de dichas condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes, será procedente la descalificación.

15.15.- Por no cumplir con la descripción completa y detallada de los bienes en su **propuesta técnica** conforme al **ANEXO 1** de estas bases, así como por no considerar los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.16.- Por no presentar **CARÁTULA DEL ANEXO B, ANEXOS B y C**, debidamente requisitados, o bien la información requerida no coincida conforme a lo solicitado en el **ANEXO 1** o bien, si éste no se presenta en los formatos indicados en estas bases.

15.17.- Si en el evento señalado en el **PUNTO 10** de estas bases, no presenta alguno de los 3 sobres requeridos.

15.18.- Por no aplicar en sus propuestas, los cambios derivados de la Junta de Aclaraciones.

15.19.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el **PUNTO 3** de las presentes bases.

15.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico solicitado en el **PUNTO 4** de las presentes bases.

15.21.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito económico solicitado en el **PUNTO 5** de las presentes bases.

15.22.- Por presentar en propuestas legal, técnica y económica documentación no legible.

15.23.- Por no indicar en su propuesta técnica lo solicitado en los **PUNTOS 4.6.1 Y 4.6.1.1** de las presentes bases.

15.24.- Por presentar documentación en inglés u otro idioma sin adjuntar traducción simple al español.

15.25.- Por presentar dos o más propuestas técnicas o económicas por partida.

15.26.- Por no presentar las propuestas legales, técnicas y económicas originales con firma autógrafa del licitante o la persona autorizada para ello.

15.27.- Por que su propuesta económica rebase el presupuesto autorizado.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

16.1.- El criterio de adjudicación será en favor de aquel licitante que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y que oferte el **precio más bajo por la totalidad de las partidas**.

16.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Convocante, y exista un empate en el precio, se adjudicará el bien a aquel licitante que, siendo persona física o moral, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el que se haya manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes para los efectos fiscales.

16.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, apareciere que más de un licitante tiene su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla, la partida o partidas se dividirán entre los participantes empatados y en caso de que no sea susceptible de ser dividido, se establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus propuestas y otorgar un nuevo precio **mismo que por ningún motivo deberá ser superior al originalmente presentado**, de conformidad con el Artículo 89 de la Ley en la materia.

17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.

La presente licitación o alguna de sus partidas podrá declararse desierta y/o cancelada en los siguientes casos:

17.1.- Cuando las propuestas presentadas **no reúnan los requisitos esenciales** previstos en las bases de la presente licitación, con fundamento en el Artículo 92 fracción I de la Ley.





17.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato objeto de la presente licitación con ningún licitante porque sus precios **rebasen** el presupuesto autorizado, de conformidad con el Artículo 92 fracción II de la Ley.

17.3.- Cuando **no adquieran las bases de esta licitación por lo menos tres licitantes** o habiéndose inscrito no se presente ninguna propuesta, de conformidad con el Artículo 92 fracción III de la Ley.

17.4.- Si después de realizarse la evaluación, no fuera posible adjudicar a ninguno de los licitantes por así convenir a los intereses de la Convocante y/o Contratante, de conformidad con el Artículo 92 fracción IV de la Ley.

17.5.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o bien, existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de los bienes o de esta licitación de conformidad con el Artículo 91 de la Ley.

17.6.- Por restricciones presupuestales de la Contratante.

18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS.

18.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción III de la Ley, el licitante adjudicado garantizará el cumplimiento del contrato, así como la indemnización en caso de vicios ocultos, mediante cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor del Gobierno del Estado de Puebla.

Para el caso de las pólizas de fianza, se deberá incluir una leyenda en el cuerpo de dicho instrumento, en la que se aclare que esa póliza se expide a favor del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, conforme al **ANEXO E**.

En todos los casos será por un importe equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total adjudicado con IVA**.

Esta garantía deberá presentarse al área Contratante, para cubrir el cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes, calidad y vicios ocultos.

18.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato y vicios ocultos diferente a cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato y del importe adjudicado.

18.3.- Cabe destacar que en caso de que algún licitante adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, se estará a lo previsto en el Artículo 105 de la Ley.

18.4.- Con fundamento en el Artículo 128 de la Ley, la garantía de cumplimiento de contrato y vicios ocultos deberá presentarse a más tardar dentro de los **cinco días naturales** siguientes al que se firme el contrato.

19.- CONTRATOS.

19.1.- El licitante adjudicado, deberá presentarse a firmar y recibir el contrato derivado de la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la Contratante, con los documentos señalados (original y dos copias) y a través de los representantes acreditados:

a) Constancia de situación fiscal con una antigüedad de expedición no mayor a 30 días naturales.

b) Acta constitutiva de la persona jurídica o acta de nacimiento, en caso de ser persona física. Para el caso de que la empresa haya tenido modificaciones a su acta constitutiva, deberá presentar las últimas modificaciones correspondientes.

c) Poder notarial del representante o apoderado legal de la empresa.

d) Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.

e) Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a su nombre, deberá presentar copia simple legible del contrato de arrendamiento o comodato, junto con copia simple legible de las identificaciones de los suscribientes del contrato, con facultades legales correspondientes.

f) Constancia de Inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

g) Constancia de No Inhabilitado de Personas Físicas y/o Jurídicas, vigente, con Código QR verificable.

h) Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla, vigente y con Código QR verificable. De conformidad





con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.

i) Documento vigente en el que conste, la opinión positiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Deberá contener código QR legible que permita su verificación de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente.

Todos los documentos solicitados en este numeral también deberán ser presentados en dispositivo de almacenamiento USB.

En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta licitación, se hubieren comprometido a entregar.

Lo anterior permitirá elaborar, firmar y recibir el contrato derivado a la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la Contratante.

19.2.- En caso de no presentarse a la formalización del contrato, o no presentar alguno de los documentos mencionados en el **PUNTO 19.1** dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, no se podrá proceder a la formalización del contrato y se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta; ante ello, la contratación podrá efectuarse con el licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al monto autorizado (Artículo 105 párrafo segundo de la Ley).

19.3.- El **Administrador del Contrato**, será el responsable de desempeñar lo establecido en el Contrato y tramitar a petición del verificador, las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Administrador del contrato, podrá solicitar a la autoridad competente la suspensión o cancelación del registro del licitante adjudicado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla y que ésta conforme a derecho lo inhabilite temporalmente para participar en procedimientos de adjudicación o

celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contractuales y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la Dependencia o Entidad de que se trate; así como aquellos que entreguen bienes o presten servicios con especificaciones distintas de las convenidas, de conformidad con el Artículo 136 de la Ley en la materia.

El **Verificador del Contrato**, será el responsable de recibir los bienes y deberá supervisar que la entrega de los mismos se haya realizado en tiempo y forma, de conformidad con las especificaciones técnicas estipuladas, solicitar al licitante adjudicado todos los datos e informes relacionados con los actos y obligaciones que emanen del Contrato, notificar de cualquier inconsistencia al administrador, así como vigilar la correcta diligencia del mismo.

19.4.- Con fundamento en el Artículo 80 fracción XXIV, la indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en términos del Artículo 136 de la Ley.

19.5.- De conformidad con los Artículos 126 fracción III, 128 de la Ley, así como los **PUNTOS 18.1, 18.2, 18.3 y 18.4** de las bases, el licitante adjudicado, deberá presentar a la dependencia Contratante, dentro de los **5 días naturales** siguientes contados a partir de la firma de contrato, la Garantía de Cumplimiento, para los efectos precisados en la Ley y los citados puntos de las bases.

20.- TRANSPORTACIÓN.

20.1.- La forma de transporte que utilice el Proveedor, será bajo su absoluta responsabilidad y deberá garantizar la entrega de los bienes, en el tiempo requerido y en condiciones óptimas, tales que preserven la calidad de éstos.

20.2.- La transportación de los bienes, seguros y maniobras de descarga en los almacenes de la Contratante, no implicará costos adicionales para la misma, quedando éstos a cargo del Proveedor.

20.3.- Cualquier bien y/o alguna de sus partes que resulte con daño, por defectos de transporte, será devuelto(a) al Proveedor y deberá ser sustituido(a) a satisfacción de la Contratante.

21.- LUGAR DE ENTREGA.





21.1.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. – Los

bienes deberán entregarse en el Almacén Central, ubicado en calle Río Suchiate no. 4 Colonia San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el C. Miguel Olivares Cervantes, Encargado del Almacén, al teléfono. (222) 2-10-65-42 y 39.

Los datos anteriores deberán coincidir con la propuesta técnica. Ver **ANEXO B**.

21.2.- La entrega de los bienes deberá ser notificada a la Convocante mediante el formato identificado como “**ANEXO H**” al correo electrónico cesar.emilio@puebla.gob.mx, con una anticipación mínima de 24 horas. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 fracción IV de la Ley.

Teléfono para notificación: **(222) 2 29 70 00 ext. 5062.**

22.- DEVOLUCIONES.

22.1.- La Contratante podrá hacer devoluciones de los bienes cuando no cumplan con los requisitos solicitados en las Bases, asimismo, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los bienes suministrados por el Proveedor. Las devoluciones se harán dentro del periodo de garantía, en estos casos el Proveedor se obliga a reponer el 100% del volumen devuelto, o bien si durante el periodo de garantía los bienes sufrieran cambios físicos ocasionados por causas imputables al Proveedor, deberán ser devueltos y canjeados en su totalidad, en un término no mayor a **5 días hábiles** a partir de la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de los productos que se encuentran con deficiencias; en caso de no cumplir con lo establecido, se hará acreedor a sanciones.

23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

Las sanciones que la Contratante aplicará serán las estipuladas en la Ley.

Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos:

23.1.- Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la licitación, después del acto de Apertura de Propuestas Técnicas.

23.2.- Cuando el licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo.

23.3.- Cuando el licitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento, dentro de los **5 (cinco) días naturales** posteriores a la firma del contrato.

23.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en la entrega de los bienes, o no suministrarlos en los plazos y especificaciones establecidos en las bases o con características inferiores a las pactadas

23.5.- Las penas convencionales se aplicarán por causas imputables al licitante adjudicado, cuando existan retrasos en la entrega de los bienes conforme a:

El 2% por el monto correspondiente a los bienes no entregados (sin incluir I.V.A.) y por cada día natural de retraso, inclusive, por la entrega de bienes diferentes o bienes de calidad inferior a lo establecido en el contrato.

El 2% por el monto correspondiente a los bienes entregados (sin incluir I.V.A) que se encuentren en malas condiciones ya sea por su interior maltratado, roto o mojados.

Serán deducidos a través de cheque certificado, de caja o nota de Crédito o transferencia electrónica. Dicho documento deberá estar a nombre de: Servicios de Salud del Estado de Puebla, y deberá ser presentado previamente a la entrega de la facturación.

En ningún caso el monto de las penas convencionales será superior, en su conjunto, al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

La Contratante podrá rescindir el contrato haciendo efectiva la póliza de garantía y podrá adjudicar el contrato al segundo lugar, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley.

24.- PAGO.

24.1.- El proveedor deberá ingresar su factura con la Contratante cubriendo los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será responsabilidad del proveedor, los inconvenientes que para su cobro representen.

La factura deberá ser expedida de acuerdo con lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

NOMBRE	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
R.F.C.	SSE9611042Z5
DIRECCIÓN	6 NORTE NO. 603 COL. CENTRO PUEBLA, PUE. C.P. 72000

24.2.- La Contratante no cubrirá factura de bienes que no estén entregados en su totalidad, además no liberará el pago de la factura correspondiente si ésta no cuenta con toda la documentación que ampare la total entrega de los bienes.

24.3.- El pago se realizará en una sola exhibición a los **45 días naturales** posteriores a la presentación de la factura, misma que deberá venir debidamente requisitada, así como de los bienes recibidos a entera satisfacción de la Contratante.

24.4.- No se otorgarán anticipos al licitante adjudicado en esta licitación.

24.5.- No aplica retención del 5 al millar, por tratarse de recurso de origen federal.

24.6.- Solo será cubierto por la Contratante el IVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor.

25.- ASPECTOS VARIOS.

25.1.- Una vez que los licitantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos de intercomunicación de ningún tipo, **(teléfonos celulares, radios, computadoras portátiles, auriculares, smartwatch, etc.).**

25.2.- Una vez iniciado el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, no podrá ingresar licitante alguno o introducir al recinto documento de cualquier índole.

Únicamente podrá ingresar una persona por licitante para los eventos del presente procedimiento.

25.3.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con las necesidades de la Convocante con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la Licitación, siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley, por lo anterior será de la más estricta responsabilidad del licitante por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos, tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de Junta de Aclaraciones o de aperturas. Lo anterior, sin que bajo ninguna

circunstancia tenga la Convocante obligación alguna de notificar personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento de la presente licitación, pues, en estas bases le han sido informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se levanten.

26.- INCONFORMIDADES.

26.1.- Las inconformidades que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de estas bases, se resolverán con apego a lo previsto en el Artículo 143 de la Ley y demás disposiciones aplicables.

27.- AVISO DE PRIVACIDAD

27.1.- De conformidad con los artículos 23 y 26 párrafo segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados; artículos 34, 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Puebla, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que correspondan, evitando su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado; al respecto, toda persona interesada podrá consultar el aviso de privacidad en la dirección electrónica: [https://transparencia.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/BASE DE DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.pdf](https://transparencia.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/BASE%20DE%20DATOS%20DE%20LOS%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20ADQUISICIONES,%20ARRENDAMIENTOS%20Y%20SERVICIOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20ESTATAL.pdf)

A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE
ZARAGOZA A 29 DE JULIO DE 2026

C. OMAR MORALES BARRANCO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

MJBG/GSA/CEM





ANEXO A

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E**

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal/apoderado legal/administrador único de **(RAZÓN SOCIAL)** declaro bajo protesta de decir verdad que:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa), o

B) PERSONA MORAL

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

**ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

Notas:

En caso de que el Licitante sea persona física, deberá adecuar el formato con sus datos respectivos. Deberá adecuar el cargo de la persona facultada conforme al instrumento notarial.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

CARÁTULA DEL ANEXO B

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FECHA: _____

NOMBRE DEL LICITANTE:			
DIRIGIDA A:			SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL			GEP-SPFA-LPN-198-622/2026
ADQUISICIÓN DE:			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	1	PIEZA	SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
2	1	PIEZA	BRAZALETE ADULTO REUTILIZABLE.
3 (etc.)	EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS PARA PRESENTAR DE MANERA COMPLETA SU PROPUESTA TÉCNICA.		

**ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO
NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA SELLO DE LA EMPRESA**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO B

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

PROPUESTA TÉCNICA

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

APLICA PARA LAS PARTIDAS 2 AL 4, 6, 8 AL 10, 12, 14 AL 16, 18, 20 AL 22, 24, 26 AL 28, 30, 32 AL 34, 36, 38 AL 40, 42, 44 AL 46, 48, 50 AL 52, 54, 56 AL 58, 60, 62 AL 64, 66, 68 AL 71, 73, 75 AL 78, 80, 82 AL 85, 87, 89 AL 91, 93, 95 AL 97, 99, 101 AL 103, 105, 107 AL 109, 111, 113 AL 115, 117, 119 AL 121, 123, 125 AL 127, 129, 131 AL 133, 135, 137 AL 139, 141, 143 AL 145, 147, 149 AL 151, 153, 155 AL 157, 159, 161 AL 163, 165, 167 AL 169, 171, 173 AL 175, 177, 179 AL 181, 183, 185 AL 187, 189, 191 AL 193, 195, 197 AL 199, 201, 203 AL 205, 207, 209 AL 211, 213, 215 AL 217, 219, 221 AL 223, 225, 227 AL 229, 231, 233 AL 235, 237, 239 AL 241, 243, 245 AL 247, 249, 251 AL 253, 255, 257 AL 259, 261, 263 AL 265, 267, 269 AL 271, 273, 275 AL 277, 279, 281 AL 283, 285, 287 AL 289, 291, 293 AL 295, 297, 299 AL 301, 303, 305 AL 307, 309, 311 AL 313, 315, 317 AL 319, 321, 323 AL 325, 327, 329 AL 331, 333, 335 AL 337, 339, 341 AL 343, 345, 347 AL 349, 351, 353 AL 355, 357, 359 AL 361, 363, 365 AL 367, 369, 371 AL 373, 375, 377 AL 379, 381 AL 384, 386, 388 AL 390, 392, 394, 396 AL 415, 430, 431, 436, 437, 441, 442, 444, 451 AL 456, 458, 460, 462, 464, 466, 469 AL 473, 478 AL 484, 486, 488, 490 AL 492, 495 AL 497, 503, 508, 509, 515, 516, 518, 519, 524, 526, 527, 532, 539, 540, 547, 548, 555 AL 557, 564, 568, 570, 580, 585, 588, 593, 594, 596, 603, 608, 609, 611, 618, 619, 621, 622, 624, 626, 630, 632, 634, 635, 637, 639, 641, 643, 645 Y 646, 651 AL 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 685, 687, 688 Y 690.

NOMBRE DEL LICITANTE:						
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA(S) PARTIDA(S) CONFORME AL ANEXO 1 Y LO QUE RESULTE APLICABLE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	PAÍS DE PROCEDENCIA
1						
2						
3 (ETC)	EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS PARA PRESENTAR DE MANERA COMPLETA SU PROPUESTA TÉCNICA.					
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:						
PERIODO DE GARANTÍA:						
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:						

APLICA PARA LAS PARTIDAS 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 72, 74, 79, 81, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 128, 130, 134, 136, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 158, 160, 164, 166, 170, 172, 176, 178, 182, 184, 188, 190, 194, 196, 200, 202, 206, 208, 212, 214, 218, 220, 224, 226, 230, 232, 236, 238, 242, 244, 248, 250, 254, 256, 260, 262, 266, 268, 272, 274, 278, 280, 284, 286, 290, 292, 296, 298, 302, 304, 308, 310, 314, 316, 320, 322, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 344, 346, 350, 352, 356, 358, 362, 364, 368, 370, 374, 376, 380, 382, 386, 388, 392, 394, 396, 400, 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468, 472, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564, 568, 572, 576, 580, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660, 664, 668, 672, 676, 680, 684, 688, 692, 696, 700, 704, 708, 712, 716, 720, 724, 728, 732, 736, 740, 744, 748, 752, 756, 760, 764, 768, 772, 776, 780, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836, 840, 844, 848, 852, 856, 860, 864, 868, 872, 876, 880, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 924, 928, 932, 936, 940, 944, 948, 952, 956, 960, 964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 996, 1000.

NOMBRE DEL LICITANTE:						
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA(S) PARTIDA(S) CONFORME AL ANEXO 1 Y LO QUE RESULTE APLICABLE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACIÓN
1						
2						
3 (ETC)	EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS PARA PRESENTAR DE MANERA COMPLETA SU PROPUESTA TÉCNICA.					
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:						
PERIODO DE GARANTÍA:						
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:						





**ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO
NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Sellada (obligatorio en caso de ser persona moral), FIRMADA en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.
- 6.- En caso de que no aplique modelo, indicar **NO APLICA**.





ANEXO B1

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E**

INDICACIONES: Todos los campos del presente anexo se deberán llenar sin excepción alguna.

Se podrán utilizar los espacios que requiera en cada uno de los campos del presente anexo.

_____(Nombre completo)_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, a nombre y representación de: (persona jurídica); y que la documentación que se entrega con la propuesta es verídica, legítima y fidedigna.

1. INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL LICITANTE:		
RFC CON HOMOClave:		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE:	NÚMERO:
	COLONIA:	C.P.
	DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONOS DE CONTACTO:		
NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO:		
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO LEGAL/ADMINISTRADOR ÚNICO:		
2. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS QUE MANEJE, INDICANDO SUS PRINCIPALES MARCAS, (ÉSTOS DEBEN SER PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).		
3. INDICAR LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN LA VENTA O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO (ESTÁ DEBE SER MÍNIMA DE 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD).		
4. RELACIÓN DE PRINCIPALES CLIENTES (MÍNIMO 3) DEBERÁN SER DEL MISMO GIRO O SIMILAR AL SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.		
1	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ:	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN	





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	
2	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ:	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN:	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	
3	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ:	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN:	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	

**ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO
NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

Notas:

En caso de que el Licitante sea persona física, deberá adecuar el formato con sus datos respectivos.
Deberá adecuar el cargo de la persona facultada conforme al instrumento notarial.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO C

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

PROPUESTA ECONÓMICA

Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E**

Fecha:					
Nombre del Licitante					
Licitación Pública					
No. de Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción General	Precio Unitario	Precio Total
1					
2					
3...	LOS LICITANTES DEBERÁN AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS PARA PRESENTAR DE MANERA COMPLETA SU PROPUESTA ECONÓMICA.				
SUBTOTAL					
TASA 16% I.V.A.					
TOTAL					

IMPORTE TOTAL CON LETRA

“Los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes o terminación del contrato”

**ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **EXCEL**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta económica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Sellada (obligatorio en caso de ser persona moral), **FIRMADA** en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.





ANEXO D

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

**GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA
(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)**

Ante o a favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

EN CASO DE QUE LOS LICITANTES, PARA GARANTIZAR SUS PROPUESTAS, DECIDAN OTORGAR PÓLIZA DE FIANZA, LA REDACCIÓN DEBERÁ SER LA SIGUIENTE:

Para garantizar por (nombre del licitante), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, la seriedad de la propuesta presentada en la licitación pública nacional: **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley, por el **10 % del monto total de su propuesta** sin incluir IVA \$ (número) (letra _____ M.N.).

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la oferta es por un período mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de apertura de ofertas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos de la Ley, la cantidad de \$ (número) (letra _____ M.N.) que corresponde al 10% del monto total de la propuesta económica sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.





ANEXO E

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

PARA CUMPLIR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 18 DE ESTAS BASES, SE DEBERÁ APEGAR A LO SIGUIENTE:

A favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)

Para garantizar por (nombre del proveedor adjudicado), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato **(CONTRATO DEPENDENCIA)** relativo a la **ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley, dentro del expediente No. **GEP-SPFA-LPN-198-622/2026**, por el monto total adjudicado con IVA de \$ (número) (letra _____ M.N.)

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Asimismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos de la Ley, la cantidad de \$ (número) (letra _____ M.N.) que corresponde al 10% del monto total del contrato **con IVA**. Como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO F

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

NOMBRE DEL LICITANTE:		
1	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
2	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
3	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
4	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	

**ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO
NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

REFERENCIA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE.

EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN **FORMATO WORD**.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO G

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E**

Fecha: _____

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados a continuación son los correspondientes a mi representada

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
CURP (EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA)	
USO DE CFDI	
NACIONALIDAD	
DOMICILIO FISCAL	(CALLE_____, NÚMERO_____, COLONIA_____, DELEGACIÓN O MUNICIPIO_____, C.P._____, ENTIDAD FEDERATIVA_____)
TELÉFONOS DEL CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO	
NOMBRE DEL APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR ÚNICO QUE FIRMA LA PROPUESTA TÉCNICA/ ECONÓMICA:	

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA ORDEN DE COBRO





ANEXO H

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar a la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, la entrega de bienes con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico **cesar.emilio@puebla.gob.mx** mediante el presente documento denominado "FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES" debiendo asentar lugar, día y hora.

Parte 1 (Expediente DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS)

Procedimiento: GEP-SPFA-LPN-198-622/2026	
DATOS DE LA ENTREGA:	
Proveedor: _____	
Dependencia/Entidad: _____	
Cantidad: _____	
Descripción genérica de los bienes:	
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Fecha: _____	Hora: _____
ATENTAMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LUGAR Y FECHA	
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA SELLO DE LA EMPRESA	





ANEXO I

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E**

A) PERSONA FÍSICA

Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurrir quienes, ante autoridad distinta a la jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que establece "I. Quien al declarar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta; II. Quien, siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad en todo o en parte"; manifiesto conocer los principios institucionales que rigen en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y las disposiciones relativas al conflicto de intereses contempladas en los artículos 3 fracción VI, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez leído su contenido, estoy informado(a) de los supuestos en los que se puede incurrir en conflicto de intereses y declaro bajo protesta de decir verdad que, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que, a pesar de desempeñarlos, con la formalización del contrato respectivo no se actualiza un posible conflicto de interés, de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por otra parte, en caso de resultar adjudicado me comprometo a que durante la vigencia del contrato no ofrezca, por mí o mediante interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me corresponden conforme al contrato que se suscriba bajo principios de imparcialidad, objetividad y con apego a la legalidad.

Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la misma, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

B) PERSONA MORAL

Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurrir quienes, ante autoridad distinta a la jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que establece "I. Quien al declarar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta; II. Quien, siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad en todo o en parte"; manifiesto conocer los principios





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

institucionales que rigen en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y las disposiciones relativas al conflicto de intereses contempladas en los artículos 3 fracción VI, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez leído su contenido y como (representante legal/administrador único/apoderado legal) de (razón social del licitante), declaro bajo protesta de decir verdad que, los socios o accionistas que ejercen el control sobre la sociedad, no desempeñan empleos, cargos o comisiones en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlos, con la formalización del contrato respectivo no se actualiza un posible Conflicto de Interés, de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Al mismo tiempo y como complemento de lo anterior, ratifico que (**INDICAR SI o NO**) cuento con una política de integridad con los requisitos que establece el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en mi negocio o empresa.

Por otra parte, en caso de resultar adjudicado me comprometo a que durante la vigencia del contrato no ofrezca, por mí o mediante interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me corresponden conforme al contrato que se suscriba bajo principios de imparcialidad, objetividad y con apego a la legalidad.

Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la misma, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

**ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA
CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

Notas:

En caso de que el Licitante sea persona física, deberá adecuar el formato con sus datos respectivos. Deberá adecuar el cargo de la persona facultada conforme al instrumento notarial.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO 1

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca advanced, modelo pm-1000e pro. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
2	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e pro. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
3	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e pro. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
4	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e pro. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
5	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e pro. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
6	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e pro. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
7	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca advanced, modelo pm-1000e+. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
8	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e+. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
9	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e+. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
10	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e+. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
11	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e+. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
12	1	Pieza	Manguera compatible con presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000e+. Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
13	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca advanced, modelo pm-1000f+. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
14	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable compatible con presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000f+. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
15	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable compatible con presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000f+. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
16	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000f+. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
17	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000f+. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
18	2	Pieza	Manguera compatible con presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-1000f+. Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
19	24	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca advanced, modelo pm-2000b+. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
20	24	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-2000b+. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
21	24	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-2000b+. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
22	24	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-2000b+. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
23	24	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-2000b+. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
24	24	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advanced modelo pm-2000b+. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
25	70	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca advisor, modelo 9200. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
26	70	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advisor modelo 9200. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
27	70	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advisor modelo 9200. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
28	70	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca advisor modelo 9200. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
29	70	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca advisor modelo 9200. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
30	70	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca advisor modelo 9200. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
31	9	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca bionet, modelo bm3. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
32	9	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca bionet modelo bm3. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
33	9	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca bionet modelo bm3. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
34	9	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca bionet modelo bm3. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
35	9	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca bionet modelo bm3. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
36	9	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca bionet modelo bm3. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
37	13	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca bionics, modelo bpm-1000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
38	13	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca bionics modelo bpm-1000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
39	13	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca bionics modelo bpm-1000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
40	13	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca bionics modelo bpm-1000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
41	13	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca bionics modelo bpm-1000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
42	13	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca bionics modelo bpm-1000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
43	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca biosys, modelo bpm-300. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
44	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca biosys modelo bpm-300. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
45	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca biosys modelo bpm-300. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm,





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
46	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca biosys modelo bpm-300. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
47	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca biosys modelo bpm-300. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
48	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca biosys modelo bpm-300. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
49	16	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca choicemmed, modelo md2000c. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
50	16	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca choicemmed modelo md2000c. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
51	16	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca choicemmed modelo md2000c. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
52	16	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca choicemmed modelo md2000c. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
53	16	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca choicemmed modelo md2000c. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
54	16	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca choicemmed modelo md2000c. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
55	3	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca comen, modelo c30. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
56	3	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca comen modelo c30. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
57	3	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca comen modelo c30. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
58	3	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca comen modelo c30. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
59	3	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca comen modelo c30. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
60	3	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca comen modelo c30. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
61	42	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca contec, modelo cms8000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
62	42	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca contec modelo cms8000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
63	42	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca contec modelo cms8000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
64	42	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca contec modelo cms8000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
65	42	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca contec modelo cms8000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
66	42	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca contec modelo cms8000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
67	93	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca drager, modelo infinity delta. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
68	93	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
69	93	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
70	93	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
71	93	Pieza	Cable multiparámetro multiméd compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
72	93	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
73	93	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
74	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca drager, modelo infinity vista. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
75	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
76	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
77	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
78	1	Pieza	Cable multiparámetro multimed compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
79	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
80	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
81	75	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca drager, modelo infinity vista xl. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
82	75	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista xl. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
83	75	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista xl. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
84	75	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista xl. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
85	75	Pieza	Cable multiparámetro multimed compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista xl. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
86	75	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista xl. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
87	75	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity vista xl. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
88	3	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca drager, modelo ms14751e539u. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
89	3	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo ms14751e539u. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
90	3	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo ms14751e539u. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
91	3	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo ms14751e539u. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
92	3	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo ms14751e539u. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
93	3	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo ms14751e539u. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
94	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca edan, modelo m80. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
95	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable compatible con presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m80. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
96	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable compatible con presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m80. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
97	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m80. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
98	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m80. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
99	2	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m80. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
100	3	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca edan, modelo m8b. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
101	3	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m8b. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
102	3	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m8b. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
103	3	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m8b. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
104	3	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m8b. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
105	3	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca edan modelo m8b. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
106	5	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca ge datex-ohmeda, modelo cardiocap/5. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
107	5	Pieza	Brazalete adulto reutilizable compatible con presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca ge datex-ohmeda modelo cardiocap/5. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
108	5	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca ge datex-ohmeda modelo cardiocap/5. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
109	5	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca ge datex-ohmeda modelo cardiocap/5. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
110	5	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca ge datex-ohmeda modelo cardiocap/5. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
111	5	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca ge datex-ohmeda modelo cardiocap/5. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
112	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca general electric, modelo b20. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
113	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b20. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
114	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b20. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
115	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b20. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
116	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b20. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
117	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b20. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
118	3	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca general electric, modelo b40. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
119	3	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b40. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
120	3	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b40. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
121	3	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b40. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
122	3	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b40. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
123	3	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo b40. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
124	45	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca general electric, modelo carescape b650. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
125	45	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo carescape b650. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
126	45	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo carescape b650. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
127	45	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo carescape b650. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
128	45	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo carescape b650. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
129	45	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo carescape b650. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
130	5	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca general electric, modelo dash 3000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
131	5	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 3000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
132	5	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 3000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
133	5	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 3000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
134	5	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 3000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
135	5	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 3000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
136	43	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca general electric, modelo dash 4000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
137	43	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 4000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
138	43	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 4000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
139	43	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 4000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
140	43	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 4000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
141	43	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca general electric modelo dash 4000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
142	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca goldway, modelo ut4000a. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
143	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca goldway modelo ut4000a. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
144	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca goldway modelo ut4000a. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
145	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca goldway modelo ut4000a. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
146	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca goldway modelo ut4000a. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
147	2	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca goldway modelo ut4000a. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
148	44	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca imágenes y medicina, modelo renoir. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
149	44	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca imágenes y medicina modelo renoir. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
150	44	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca imágenes y medicina modelo renoir. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
151	44	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca imágenes y medicina modelo renoir. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
152	44	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca imágenes y medicina modelo renoir. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
153	44	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca imágenes y medicina modelo renoir. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
154	24	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca infinium, modelo omni. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
155	24	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
156	24	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
157	24	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni. Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
158	24	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni. Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
159	24	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
160	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca infinium, modelo omni ii. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
161	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni ii. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
162	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni ii. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
163	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni ii. Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
164	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni ii. Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
165	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infinium modelo omni ii. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
166	8	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca infitron, modelo infinitum. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
167	8	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infitron modelo infinitum. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
168	8	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infitron modelo infinitum. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
169	8	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca infitron modelo infinitum Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
170	8	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca infitron modelo infinitum. Cable con longitud de 2.0 metros $\pm 10\%$ de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPPA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
171	8	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca infitron modelo infinitum. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
172	87	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca medica d, modelo logicare. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
173	87	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
174	87	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
175	87	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
176	87	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
177	87	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
178	154	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca medica d, modelo logicare series 2000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
179	154	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
180	154	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
181	154	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
182	154	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
183	154	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
184	7	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca medica d, modelo logicare series 2012c. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
185	7	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2012c. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
186	7	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2012c. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
187	7	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2012c. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
188	7	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2012c. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
189	7	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2012c. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
190	8	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca medica d, modelo logicare series 2017m. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
191	8	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2017m. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
192	8	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2017m. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
193	8	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2017m Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
194	8	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2017m. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
195	8	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo logicare series 2017m. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
196	55	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca medica d, modelo vitacare. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
197	55	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo vitacare. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
198	55	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo vitacare. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
199	55	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo vitacare Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
200	55	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo vitacare. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
201	55	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo vitacare. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
202	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo datascopes. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
203	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
204	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
205	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
206	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
207	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
208	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo datascopes trio. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
209	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes trio. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
210	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes trio. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
211	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes trio. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
212	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes trio. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
213	2	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo datascopes trio. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
214	89	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo mec-1000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
215	89	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
216	89	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
217	89	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1000 Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
218	89	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
219	89	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
220	86	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo mec-1200. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
221	86	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1200. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
222	86	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1200. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
223	86	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1200. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
224	86	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1200. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
225	86	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-1200. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
226	21	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo mec-2000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
227	21	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-2000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
228	21	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-2000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
229	21	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-2000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
230	21	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-2000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
231	21	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo mec-2000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
232	4	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo pm-5000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
233	4	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-5000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
234	4	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-5000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
235	4	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-5000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
236	4	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-5000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
237	4	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-5000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
238	3	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo pm-6000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
239	3	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-6000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
240	3	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-6000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
241	3	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-6000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
242	3	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-6000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
243	3	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-6000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
244	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo pm-7000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
245	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-7000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
246	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-7000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
247	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-7000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
248	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-7000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
249	2	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-7000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
250	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo pm-8000 express. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
251	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-8000 express. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
252	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-8000 express. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
253	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-8000 express. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
254	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-8000 express. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
255	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-8000 express. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
256	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo pm-9000 express. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
257	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-9000 express. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
258	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-9000 express. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
259	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-9000 express. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
260	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-9000 express. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
261	2	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca mindray modelo pm-9000 express. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
262	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca pace tech, modelo max 4000cl. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
263	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca pace tech modelo max 4000cl. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
264	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca pace tech modelo max 4000cl. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
265	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca pace tech modelo max 4000cl. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
266	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca pace tech modelo max 4000cl. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
267	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca pace tech modelo max 4000cl. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
268	3	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca patient monitor, modelo cms7000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
269	3	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca patient monitor modelo cms7000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
270	3	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca patient monitor modelo cms7000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
271	3	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca patient monitor modelo cms7000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
272	3	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca patient monitor modelo cms7000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
273	3	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca patient monitor modelo cms7000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
274	6	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca penlon, modelo pm-9000. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
275	6	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca penlon modelo pm-9000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
276	6	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca penlon modelo pm-9000. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
277	6	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca penlon modelo pm-9000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
278	6	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca penlon modelo pm-9000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
279	6	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca penlon modelo pm-9000. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
280	23	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo goldway g40e. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
281	23	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo goldway g40e. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
282	23	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo goldway g40e. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
283	23	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo goldway g40e. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
284	23	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales philips modelo goldway g40e. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
285	23	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo goldway g40e. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
286	5	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo intellivue. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
287	5	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
288	5	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
289	5	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
290	5	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
291	5	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
292	57	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo intellivue mp20. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
293	57	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue mp20. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
294	57	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue mp20. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
295	57	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue mp20. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
296	57	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue mp20. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
297	57	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo intellivue mp20. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
298	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo mp30. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
299	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp30. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
300	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp30. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
301	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp30. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
302	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp30. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
303	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp30. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
304	4	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo mp40. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
305	4	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp40. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
306	4	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp40. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
307	4	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp40. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
308	4	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp40. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
309	4	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo mp40. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
310	55	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo suresigns vm8. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
311	55	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm8. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
312	55	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm8. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
313	55	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm8. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
314	55	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm8. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
315	55	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm8. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
316	1	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo suresigns vm9. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
317	1	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm9. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
318	1	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm9. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
319	1	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm9. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
320	1	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm9. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
321	1	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo suresigns vm9. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
322	10	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo vm6. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
323	10	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo vm6. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
324	10	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo vm6. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
325	10	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo vm6. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
326	10	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo vm6. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
327	10	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca philips modelo vm6. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
328	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca plarre, modelo sv7. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
329	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca plarre modelo sv7. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
330	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca plarre modelo sv7. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
331	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca plarre modelo sv7. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
332	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca plarre modelo sv7. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
333	2	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca plarre modelo sv7. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
334	4	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca sonolife, modelo pro-m12a. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
335	4	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo pro-m12a. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
336	4	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo pro-m12a. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
337	4	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo pro-m12a. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
338	4	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo pro-m12a. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
339	4	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo pro-m12a. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
340	7	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca sonolife, modelo smartwave 12. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
341	7	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo smartwave 12. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
342	7	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo smartwave 12. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
343	7	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo smartwave 12. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
344	7	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo smartwave 12. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
345	7	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca sonolife modelo smartwave 12. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
346	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs, modelo 91220-bep. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
347	2	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo 91220-bep. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
348	2	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo 91220-bep. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
349	2	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo 91220-bep. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
350	2	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo 91220-bep. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
351	2	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo 91220-bep. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
352	3	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs, modelo ultraview. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
353	3	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
354	3	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
355	3	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
356	3	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
357	3	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
358	7	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs, modelo ultraview sl 91369. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPPA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
359	7	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91369. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
360	7	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91369. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
361	7	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91369. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
362	7	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91369. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
363	7	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91369. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
364	26	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs, modelo ultraview sl 91370. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
365	26	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91370. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
366	26	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91370. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
367	26	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91370. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
368	26	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91370. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
369	26	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca spacelabs modelo ultraview sl 91370. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
370	4	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca waltvick, modelo zafiro e series. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
371	4	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro e series. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
372	4	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro e series. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
373	4	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro e series. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
374	4	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro e series. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
375	4	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro e series. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
376	84	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca waltvick, modelo zafiro ver. wal-0408. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
377	84	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro ver. wal-0408. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
378	84	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro ver. wal-0408. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
379	84	Pieza	Cable para electrocardiograma de 5 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro ver. wal-0408. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
380	84	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro ver. wal-0408. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
381	84	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca waltvick modelo zafiro ver. wal-0408. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
382	28	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca qmg modelo nessece 1200. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
383	28	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca qmg modelo nessece 1200. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
384	28	Pieza	Cable para electrocardiograma de 3 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca qmg modelo nessece 1200. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
385	28	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca qmg modelo nessece 1200. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
386	28	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca qmg modelo nessece 1200. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
387	5	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca promise, modelo m2. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
388	5	Pieza	Brazalete adulto reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca promise modelo m2. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
389	5	Pieza	Brazalete pediátrico reutilizable para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca promise modelo m2. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 18-26 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
390	5	Pieza	Cable para electrocardiograma de 3 derivaciones compatible con monitor de signos vitales marca promise modelo m2. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
391	5	Pieza	Sensor de temperatura compatible con monitor de signos vitales marca promise modelo m2. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
392	5	Pieza	Manguera para presión arterial no invasiva compatible con monitor de signos vitales marca promise modelo m2. Especificaciones: 2.5 m de largo, conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
393	450	Pieza	Transductor para presión arterial invasiva compatible con monitor de signos vitales marca medica d modelo vitacare. Estéril, desechable, no pirógeno, para monitoreo continuo de presión arterial invasiva. Compatible con cable adaptador y monitor correspondientes, con conector tipo Utah o equivalente compatible con el equipo. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
394	9	Pieza	Cable adaptador para transductor de presión arterial invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Compatible con transductor tipo Utah o equivalente compatible con el equipo. Reutilizable, con conector compatible para el monitor y el transductor, resistente a los procesos de limpieza y desinfección hospitalaria. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
395	300	Pieza	Transductor para presión arterial invasiva compatible con monitor de signos vitales marca drager modelo infinity delta. Estéril, desechable, no pirógeno, para monitoreo continuo de presión arterial invasiva. Compatible con cable adaptador y monitor correspondientes, con conector tipo Utah o equivalente compatible con el equipo. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
396	1	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca bionet, modelo ecg600G. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
397	17	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca bionet, modelo ekg-2000. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
398	34	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca bionet, modelo ekg-3000. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
399	1	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca bionet, modelo fc-700. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
400	17	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca comen, modelo cm-300. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
401	3	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca contec, modelo ecg-1200. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
402	1	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca contec, modelo ecg1200G. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
403	2	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca fukuda denshi, modelo cardimax fx-2111. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
404	1	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca fukuda denshi, modelo fx-7202. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
405	1	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca general electric, modelo mac 1200 st. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
406	28	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca general electric, modelo mac 1600. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
407	6	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca hercules, modelo ecg-600. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
408	7	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca mindray, modelo beneheart r12. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
409	35	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca philips, modelo pagewriter tc30. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
410	2	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca philips, modelo page writer trim ii. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
411	5	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca schiller, modelo at-102 G2. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
412	3	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca schiller, modelo ft-1. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
413	1	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca siemens, modelo cardiostat 31. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
414	3	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca sinohero, modelo se-1200. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
415	27	Pieza	Cable para ecg de 10 derivaciones, reutilizable, compatible con electrocardiógrafo marca waltvick, modelo mirelle. Con conjunto de cables para las derivaciones de miembros y precordiales, con terminales claramente identificadas y con código de color. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el electrocardiógrafo, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
416	1	Pieza	Transductor ultrasónico compatible con cardiotocógrafo marca advanced modelo fm-9000. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
417	1	Pieza	Transductor toco compatible con cardiotocógrafo marca advanced modelo fm-9000. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
418	2	Pieza	Transductor ultrasónico compatible con cardiotocógrafo marca bionet modelo fc-1400. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
419	2	Pieza	Transductor toco compatible con cardiotocógrafo marca bionet modelo fc-1400. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
420	11	Pieza	Transductor ultrasónico compatible con cardiotocógrafo marca bionet modelo fc-700. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
421	11	Pieza	Transductor toco compatible con cardiotocógrafo marca bionet modelo fc-700. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
422	3	Pieza	Transductor ultrasónico compatible con cardiotocógrafo marca bistos modelo bt-300. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
423	3	Pieza	Transductor toco compatible con cardiotocógrafo marca bistos modelo bt-300. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
424	3	Pieza	Transductor ultrasónico compatible con cardiotocógrafo marca general electric modelo corometrics 170. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
425	3	Pieza	Transductor toco compatible con cardiotocógrafo marca general electric modelo corometrics 170. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
426	8	Pieza	Transductor ultrasónico compatible con cardiotocógrafo marca general electric modelo corometrics 172. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
427	8	Pieza	Transductor toco compatible con cardiotocógrafo marca general electric modelo corometrics 172. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
428	8	Pieza	Transductor ultrasónico compatible con cardiotocógrafo marca philips modelo avalon fm20. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
429	8	Pieza	Transductor toco compatible con cardiotocógrafo marca philips modelo avalon fm20. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
430	556	Pieza	Foco de fototerapia compatible con cuna de calor radiante marca atmoscare modelo exspecta. Especificaciones: 120 V, largo 7.5 cm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
431	139	Pieza	Foco de auscultación compatible con cuna de calor radiante marca atmoscare modelo exspecta. Voltaje, potencia (W), longitud de onda, intensidad luminosa, tipo de base (casquillo) y dimensiones compatibles con las especificaciones establecidas por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
432	139	Pieza	Colchón impermeable compatible con cuna de calor radiante marca atmoscare modelo exspecta. Medidas compatibles con el equipo. Fabricado en espuma de alta densidad con cubierta impermeable de grado médico, resistente a los procesos de limpieza y desinfección hospitalaria. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
433	139	Pieza	Sonda de temperatura compatible con cuna de calor radiante marca atmoscare modelo exspecta. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
434	7826	Pieza	Sonda de temperatura cutánea thermotrace desechable central compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8004. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
435	7826	Pieza	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace desechable periférica compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8004. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
436	1032	Pieza	Foco de fototerapia compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8004. Especificaciones: 12 V, 50 w. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
437	344	Pieza	Foco de auscultación compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8004. Especificaciones: 120 v, 60 W, luz fría. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
438	43	Pieza	Colchón softbed compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8004. Medidas aproximadas 750 x 470 x 40 mm. Fabricado en espuma con cubierta de poliuretano y tejido de poliéster, compatible con el equipo. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
439	3276	Pieza	Sonda de temperatura cutánea thermotrace desechable central compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8010. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
440	3276	Pieza	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace desechable periférica compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8010. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
441	432	Pieza	Foco de fototerapia compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8010. Especificaciones: 12 V, 50 w. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
442	144	Pieza	Foco de auscultación compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8010. Especificaciones: 120 v, 60 W, luz fría. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
443	18	Pieza	Colchón softbed compatible con cuna de calor radiante marca drager modelo babytherm 8010. Medidas aproximadas 750 x 470 x 40 mm. Fabricado en espuma con cubierta de poliuretano y tejido de poliéster, compatible con el equipo. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
444	28	Pieza	Foco de fototerapia compatible con cuna de calor radiante marca medica d modelo baby care. Voltaje, potencia (W), longitud de onda, intensidad luminosa, tipo de base (casquillo) y dimensiones compatibles con las especificaciones establecidas por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
445	7	Pieza	Sonda de temperatura central compatible con cuna de calor radiante marca medica d modelo baby care. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
446	7	Pieza	Sonda de temperatura periférica compatible con cuna de calor radiante marca medica d modelo baby care. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
447	7	Pieza	Colchón impermeable compatible con cuna de calor radiante marca medica d modelo baby care. Medidas compatibles con el equipo. Fabricado en espuma de alta densidad con cubierta impermeable de grado médico, resistente a los procesos de limpieza y desinfección hospitalaria. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPPA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
448	19	Pieza	Colchón impermeable compatible con cuna de calor radiante marca medix modelo sm 401 américa. Medidas compatibles con el equipo. Fabricado en espuma de alta densidad con cubierta impermeable de grado médico, resistente a los procesos de limpieza y desinfección hospitalaria. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
449	11	Pieza	Colchón impermeable compatible con cuna de calor radiante marca saps modelo Intellego. Medidas compatibles con el equipo. Fabricado en espuma de alta densidad con cubierta impermeable de grado médico, resistente a los procesos de limpieza y desinfección hospitalaria. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
450	11	Pieza	Sonda de temperatura compatible con cuna de calor radiante marca saps modelo intellego. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
451	33	Pieza	Lámpara de fototerapia compatible con cuna de calor radiante marca saps modelo intellego. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
452	76	Pieza	Batería compatible con lámpara con de emergencia portátil marca cobramex modelo ut 5000 em Especificaciones: 12 V, 7.5 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
453	38	Pieza	Foco de halógeno 24 V, 150 W compatible con lámpara con de emergencia portátil marca cobramex modelo ultratec 5000 em. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
454	220	Pieza	Batería compatible con lámpara con de emergencia portátil marca fehlmex modelo hebs-43rb. Especificaciones: 12 V 35 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
455	110	Pieza	Foco de halógeno compatible con lámpara con de emergencia portátil marca fehlmex modelo hebs-43rb. Voltaje, potencia (W), longitud de onda, intensidad luminosa, tipo de base (casquillo) y dimensiones compatibles con las especificaciones establecidas por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
456	4	Pieza	Batería de respaldo compatible con incubadora de traslado marca drager modelo gt500-1. Especificaciones: 12 V, 24 Ah Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
457	2	Pieza	Sonda de temperatura para incubadora de traslado marca drager modelo gt500-1. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
458	4	Pieza	Batería de respaldo para incubadora de traslado marca drager modelo ti500-1. Especificaciones: 12 V, 24 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
459	2	Pieza	Sonda de temperatura para incubadora de traslado marca drager modelo ti500-1. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
460	10	Pieza	Batería de respaldo para incubadora de traslado marca fanem modelo it 158 ts. Especificaciones: Tipo Plomo, 12 V, 26 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
461	5	Pieza	Sonda de temperatura para incubadora de traslado marca fanem modelo it 158 ts. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
462	14	Pieza	Batería de respaldo para incubadora de traslado marca inteltec modelo it-2000. Especificaciones: Tipo Plomo, 12 V, 35 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
463	7	Pieza	Sonda de temperatura para incubadora de traslado marca inteltec modelo it-2000. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
464	44	Pieza	Batería de respaldo para incubadora de traslado marca medix modelo tr-200. Especificaciones: 12 V, 24 Ah Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
465	22	Pieza	Sonda de temperatura para incubadora de traslado marca medix modelo tr-200. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
466	28	Pieza	Batería de respaldo para incubadora de traslado marca saps modelo isotherm scale. Especificaciones: 12 V, 12 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
467	14	Pieza	Sonda de temperatura compatible con incubadora de traslado marca saps modelo isotherm scale. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Libre de látex. Reutilizable. Resistente a limpieza. Conector compatible. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
468	14	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca nellcor, modelo libra tm. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
469	10000	Pieza	Brazalete neonatal desechable para presión arterial no invasiva de una vía no. 1. Especificaciones: 1 vía, libre de látex, material TPU, rango de 3 a 6 cm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
470	10000	Pieza	Brazalete neonatal desechable para presión arterial no invasiva de una vía no. 2. Especificaciones: 1 vía, libre de látex, material TPU, rango de 4 a 8 cm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
471	10000	Pieza	Brazalete neonatal desechable para presión arterial no invasiva de una vía no. 3. Especificaciones: 1 vía, libre de látex, material TPU, rango de 6 a 11 cm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
472	8000	Pieza	Brazalete neonatal desechable para presión arterial no invasiva de una vía no. 4. Especificaciones: 1 vía, libre de látex, material TPU, rango de 7 a 13 cm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
473	8000	Pieza	Brazalete neonatal desechable para presión arterial no invasiva de una vía no. 5. Especificaciones: 1 vía, libre de látex, material TPU, rango de 5 a 15 cm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
474	101040	Pieza	Circuito paciente universal adulto compatible con ventilador mecánico. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
475	49430	Pieza	Circuito paciente universal pediátrico compatible con ventilador mecánico. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
476	1	Pieza	Transductor convexo modelo c1-5rs compatible con ultrasonido marca general electric modelo venue. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
477	1	Pieza	Pieza de mano zp2058 compatible con facoemulsificador marca zeiss modelo quatera 700. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
478	45	Pieza	Batería alcalina tipo 9v, 4.8 cm de alto, 2.6 cm de ancho, 150 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
479	180	Pieza	Batería alcalina tipo c 1.5 v, 4.6. cm de alto, 2.6 cm de diámetro. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
480	2	Pieza	Batería tipo Ni-Cd recargable de 2.5 V, 6 cm de longitud, 0.9 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
481	153	Pieza	Batería alcalina tipo botón cr2032. De Ion de Litio. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
482	180	Pieza	Batería de botón alcalina tipo LR41, 1.5 V, 33 mAh, diámetro 7.9 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
483	414	Pieza	Perilla con válvula compatible con esfigmomanómetro marca riester, color negro, material látex, con válvula de purga metálica integrada. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
484	414	Pieza	Brazalete adulto reutilizable con manguera compatible con esfigmomanómetro marca riester. Especificaciones: Manguera de 1 vía rango de brazalete de 25-30 cm, con conector tipo bp15. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
485	308	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca aeonmed modelo shangrila 510s. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
486	49	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca aeonmed modelo vg70. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
487	49	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca aeonmed modelo vg70. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
488	49	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca aeonmed modelo vg70. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.4 V, 6500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
489	12	Pieza	Válvula de exhalación reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca aveia modelo 17312-06. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
490	12	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca aveia modelo 17312-06. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
491	12	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca aveia modelo 17312-06. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 4500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
492	5	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca bellavista modelo 1000. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
493	75	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca bellavista modelo 1000. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
494	19	Pieza	Circuito paciente desechable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca bellavista modelo 1000. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
495	5	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog 8000 plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
496	5	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog 8000 plus. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 9 V, 0.17 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
497	5	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog 8000 plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
498	40	Pieza	Sensor de flujo neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog 8000 plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
499	5	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog 8000 plus. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
500	5	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
501	5	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
502	5	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
503	5	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 2500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
504	8	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500 (infinity c500). Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
505	8	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500 (infinity c500). Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
506	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500 (infinity c500). Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
507	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500 (infinity c500). Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
508	8	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn500 (infinity c500). Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 2500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
509	4	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
510	32	Pieza	Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
511	4	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
512	4	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
513	4	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn600. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
514	4	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn600. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
515	4	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo babylog vn600. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 2500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
516	8	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
517	8	Pieza	Válvula de exhalación reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
518	16	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Especificaciones: Tipo Plomo, 12 V, 3.5 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
519	8	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
520	29	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
521	29	Pieza	Sensor de flujo neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
522	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
523	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
524	8	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
525	8	Pieza	Válvula de exhalación reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
526	16	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow. Especificaciones: Tipo Plomo, 12 V, 3.5 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
527	8	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow, longitud : 2.8 Mts. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
528	29	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow, longitud : 2.8 Mts. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
529	29	Pieza	Sensor de flujo neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
530	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
531	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita 4 neo flow. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
532	36	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
533	135	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
534	135	Pieza	Sensor de flujo neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
535	36	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
536	36	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
537	36	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
538	36	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
539	36	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v300. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 2500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
540	8	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
541	32	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
542	32	Pieza	Sensor de flujo neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
543	8	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
544	8	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
545	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
546	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
547	8	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 2500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
548	8	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
549	32	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
550	32	Pieza	Sensor de flujo neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
551	8	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
552	8	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
553	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
554	8	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
555	8	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita v600 ap. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 2500 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
556	24	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
557	24	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
558	89	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
559	89	Pieza	Sensor de flujo neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
560	24	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
561	24	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
562	24	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
563	24	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
564	48	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo evita xl. Especificaciones: 12 V, 18 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
565	250	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo oxylog 3000 plus. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
566	40	Pieza	Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca drager modelo oxylog 3000 plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
567	10	Pieza	Válvula de exhalación con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo oxylog 3000 plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
568	7	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca drager modelo savina. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
569	7	Pieza	Válvula de exhalación reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca drager modelo savina. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
570	14	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca drager modelo savina. Especificaciones: Tipo plomo, 12 V, 35 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
571	40	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo savina. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
572	7	Pieza	Circuito paciente reutilizable neonatal compatible con ventilador mecánico marca drager modelo savina. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
573	7	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca drager modelo savina. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
574	11	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca general electric modelo engstrom pro. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
575	11	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca general electric modelo engstrom pro. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
576	43	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca general electric modelo engstrom pro. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
577	43	Pieza	Sensor de flujo pediátrico compatible con ventilador mecánico marca general electric modelo engstrom pro. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
578	83	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
579	83	Pieza	Sensor de flujo pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
580	25	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
581	1038	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
582	261	Pieza	Circuito paciente desechable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
583	25	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
584	25	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
585	25	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c1. Especificaciones: Tipo Li-ion, 10.8 V, 72 Wh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
586	490	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
587	490	Pieza	Sensor de flujo pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
588	133	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
589	6253	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
590	1568	Pieza	Circuito paciente desechable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
591	133	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
592	133	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
593	133	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo c2. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.4 V, 6.6 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
594	16	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo g5. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
595	16	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo g5. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
596	16	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo g5. Especificaciones: 12 V, 15 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
597	64	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo g5. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
598	64	Pieza	Sensor de flujo pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo g5. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
599	800	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo g5. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
600	200	Pieza	Circuito paciente desechable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo g5. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
601	38	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
602	38	Pieza	Sensor de flujo pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
603	10	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
604	475	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
605	120	Pieza	Circuito paciente desechable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
606	10	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
607	10	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
608	10	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca hamilton medical modelo t1. Especificaciones: 12 V, 72 Wh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
609	4	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca imágenes y medicina modelo monet. Especificaciones: 12 V, 12 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
610	28	Pieza	Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca imágenes y medicina modelo monet. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
611	4	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca imt medical modelo quantum bellavista. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
612	200	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca imt medical modelo quantum bellavista. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
613	50	Pieza	Circuito paciente desechable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca imt medical modelo quantum bellavista. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
614	16	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca magnamed modelo fleximag plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
615	16	Pieza	Sensor de flujo pediátrico compatible con ventilador mecánico marca magnamed modelo fleximag plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
616	4	Pieza	Válvula de exhalación adulto reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca magnamed modelo fleximag plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
617	4	Pieza	Válvula de exhalación neonatal reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca magnamed modelo fleximag plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
618	4	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca magnamed modelo fleximag plus. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
619	4	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca magnamed modelo fleximag plus. Especificaciones: Tipo Li-ion, 11.8 V, 4000 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
620	4	Pieza	Circuito paciente reutilizable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca magnamed modelo fleximag plus. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
621	112	Pieza	Filtro exhalatorio desechable compatible con ventilador mecánico marca puritan bennett modelo 840. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
622	30	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca puritan bennett modelo 840. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
623	30	Pieza	Sensor de flujo inhalatorio compatible con ventilador mecánico marca puritan bennett modelo 840. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
624	17	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca sechrist modelo millennium. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 12 V, 2.1 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
625	120	Pieza	Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca sechrist modelo millennium. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
626	19	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca sle modelo sle 5000. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
627	839	Pieza	Circuito paciente desechable adulto compatible con ventilador mecánico marca sle modelo sle 5000. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
628	212	Pieza	Circuito paciente desechable pediátrico compatible con ventilador mecánico marca sle modelo sle 5000. Diámetro interno de 15 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
629	134	Pieza	Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca sle modelo sle 5000. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
630	19	Pieza	Cable para sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca sle modelo sle 5000. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
631	1265	Pieza	Circuito paciente adulto desechable compatible con ventilador mecánico marca versamed modelo iverent 201. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
632	27	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca versamed modelo iverent 201. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
633	202	Pieza	Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca versamed modelo iverent 201. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
634	27	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca versamed modelo iverent 201. Especificaciones: Tipo Plomo, 12 V, 7 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
635	44	Pieza	Filtro exhalatorio desechable compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo aveia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
636	14	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo aveia. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
637	12	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo avea. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
638	12	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo avea. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
639	12	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo avea. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 24 V, 4800 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
640	68	Pieza	Sensor de flujo adulto compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo vela. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
641	11	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo vela. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
642	11	Pieza	Circuito paciente reutilizable adulto compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo vela. Diámetro interno de 22 mm. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
643	11	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca víasys modelo vela. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 12 V, 3500 mAh, 42 Wh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
644	2	Pieza	Válvula de exhalación reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca leistung modelo pr4g. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
645	2	Pieza	Batería compatible con ventilador mecánico marca leistung modelo pr4g. Especificaciones: tipo Li-ion, 11.1 V, 13200 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
646	2	Pieza	Celda de oxígeno compatible con ventilador mecánico marca leistung modelo pr4g. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
647	7	Pieza	Válvula de exhalación reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca qmg modelo caeli o. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
648	56	Pieza	Sensor de flujo compatible con ventilador mecánico marca qmg modelo caeli o. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
649	1	Pieza	Válvula de exhalación reutilizable con membrana compatible con ventilador mecánico marca qmg modelo caeli s. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
650	8	Pieza	Sensor de flujo para ventilador mecánico marca qmg modelo caeli s. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
651	450	Pieza	Paquete de 24 Baterías alcalinas tipo aaa de 1.5v de larga duración. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
652	450	Pieza	Paquete de 24 Baterías alcalinas tipo aa de 1.5v de larga duración. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
653	240	Pieza	Paquete de 14 Baterías alcalinas tipo d de 1.5 v de larga duración. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
654	7	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca general electric modelo cardioserv. Especificaciones: 12 V, 3000 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
655	75	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca general electric modelo responder 2000. Especificaciones: Tipo Li-ion 11.1 V, 6.6 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
656	2	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca mediana modelo d500. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.52 V, 5.2 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
657	7	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca medtronic modelo lifepak 20e Especificaciones: Tipo Li-ion, 11.1 V, 7.8 Ah, 86.58 Wh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
658	6	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca mindray modelo beneheart d2. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.8 V, 3000 mAh, 44.4 Wh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
659	7	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca mindray modelo beneheart d3. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.8 V, 3000 mAh, 44.4 Wh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
660	2	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca nihon kohden modelo tec-5521e. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 12 V, 3000 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
661	15	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca nihon kohden modelo tec-5531e. Especificaciones: Tipo Ni-MH, 12 V, 3000 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
662	17	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca philips modelo efficia dfm100. Especificaciones: Tipo Li-ion, 10.8 V, 4.4 Ah, 47 Wh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
663	5	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca philips modelo heartstart mrx. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.4 V, 6.3 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
664	3	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca philips modelo heartstart xl. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.4 V, 6.6 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
665	62	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca philips modelo heartstart xl +. Especificaciones: Tipo Li-ion, 14.4 V, 6.6 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
666	152	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca zoll modelo m series. Especificaciones: Tipo Plomo-acido, 10 V, 2.5 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
667	4	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca zoll modelo pd 1400. Especificaciones: Tipo Plomo-acido, 10 V, 2.5 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
668	1	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca zoll modelo pd 2000. Especificaciones: Plomo-acido, 10 V, 2.5 Ah. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
669	25	Pieza	Batería compatible con desfibrilador marca zoll modelo r series als. Especificaciones: Tipo Ion-litio, 10.8 V, 5800 mAh. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos compatible con la Salud.
670	2	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca mediana, modelo d500. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
671	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mediana, modelo d500. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
672	7	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca medtronic, modelo lifepak 20e. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
673	7	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca medtronic, modelo lifepak 20e. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
674	6	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca mindray, modelo beneheart d2. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
675	6	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo beneheart d2. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
676	7	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca mindray, modelo beneheart d3. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
677	7	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca mindray, modelo beneheart d3. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
678	2	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca nihon kohden, modelo tec-5521e. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
679	2	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca nihon kohden, modelo tec-5521e. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
680	17	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca philips, modelo efficia dfm100. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
681	17	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo efficia dfm100. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
682	5	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca philips, modelo heartstart mrx. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
683	5	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo heartstart mrx. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
684	62	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca philips, modelo heartstart xl+. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
685	62	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca philips, modelo heartstart xl+. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
686	152	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca zoll, modelo m series. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
			equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
687	152	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca zoll, modelo m series. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
688	25	Pieza	Cable para ecg, reutilizable, compatible con desfibrilador marca zoll, modelo r series als. Con terminales claramente identificadas y configuración compatible con el equipo. Cable flexible, resistente al uso hospitalario, con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el desfibrilador, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
689	25	Pieza	Sensor de saturación de oxígeno (spo2) multisitio, reutilizable, compatible con monitor de signos vitales marca zoll, modelo r series als. Tamaño adulto, tipo pinza (clip) para dedo o equivalente compatible con el equipo. Cable con longitud de 2.0 metros ± 10 % de tolerancia. Fabricado con materiales grado médico, libre de látex, resistente a la limpieza y desinfección hospitalaria. Conector compatible con el monitor, sin requerir adaptadores ni modificaciones para su funcionamiento. Reutilizable. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
690	490	Pieza	Foco para laringoscopia compatible con marca welch allyn. Especificaciones: foco de halógeno 2.5 V, 0.8 A. Sin clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.





MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES ----- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** POR CONDUCTO DE LA **SECRETARÍA** QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINADA “**LA SECRETARÍA**” -----, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATANTE**”, ASISTIDA POR -----; TODOS POR LA MISMA DEPENDENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL/FÍSICA DENOMINADA - -----; REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CARÁCTER DE -----, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**”, Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- De “**LA SECRETARÍA**”

I.1.- Que, es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, y está facultada para intervenir en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 19, 31 fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

I.2.- Que, el Coordinador General de Administración de la Secretaría de Gobernación tiene la facultad para suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, segundo párrafo, 13, 15, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5, fracción VIII, 18 fracción VI, 73 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno con base en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor, y Acuerdo Delegatorio de fecha dieciocho de febrero del año en curso, por el cual el Titular de ésta Secretaría, delega a los titulares de la Coordinación General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la facultad de realizar los actos relativos a los procedimientos de adjudicación de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que requiera “**LA SECRETARÍA**”, de conformidad con el artículo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor; asistido por el Coordinador General de Protección Civil en su calidad de área requirente, y la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, en término de los artículos 5 fracciones VII, VIII.2, 18 fracción VI, 19 fracción XIII, 69 fracciones VII y 75 fracción IX, todos del citado Reglamento.

I.3.- Que la adquisición de los bienes (DESCRIBIR LOS BIENES), objeto del presente contrato se efectuó mediante (TIPO DE PROCEDIMIENTO), de fecha -----, de conformidad con lo establecido en los artículos (FUNDAMENTO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE PROCEDIMIENTO) y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

I.4.- Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, de acuerdo al Oficio Núm. ----- que emite -----, con cargo a la llave presupuestal siguiente: -----.

I.5.- Que señala como domicilio legal, para los efectos legales correspondientes el ubicado en -----, Código Postal -----, Ciudad.

I.6.- Que, su Registro Federal de contribuyentes es-----

II.- De “**EL PROVEEDOR**”





II.1.- Que es una persona (FÍSICA/MORAL) misma que está constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se acredita con la póliza número -----, Libro --- del Registro Público de Comercio -----, otorgada ante la fe del Licenciado -----, Corredor Público número --- de -----.

II.2.- Que es ----- de la persona moral denominada -----, que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, constituida conforme -----, la cual acredita con la Escritura Pública Número ----- otorgado ante la fe del -----.
Declarando bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas por su representada, no le han sido modificadas, restringidas ni revocadas y se identifica en este momento con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número ----- y clave de elector -----.

II.3.- Que dentro de su objeto social se encuentra la ----- Lo anterior de acuerdo a su Acta Constitutiva.

II.4.- Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número-----.

II.5.- Que, acredita tener solvencia económica, financiera y técnica, lo que permite cumplir con las obligaciones requeridas por **“EL CONTRATANTE”**, de acuerdo a la documentación que se adjunta al presente contrato.

II.6.- Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para obligarse en términos del presente contrato.

II.7.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente contrato, previstos en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento que le impida contratar y manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 24-E del Código Fiscal del Estado de Puebla.

II.8.- Que se compromete a inscribirse/actualizarse al Padrón de Proveedores Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

II.9.- Que señala como domicilio legal para los efectos correspondientes el ubicado en -----, C.P -----.

II.10.- Que declara bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

III.- De “LAS PARTES”:

ÚNICO.- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con la cual se celebra este contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra el mismo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **“LAS PARTES”** se someten a las siguientes:





CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” a través del presente acto jurídico entregará a **“EL CONTRATANTE”**, los bienes (DESCRIBIR LOS BIENES ADQUIRIDOS) solicitados por (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), conforme a las especificaciones técnicas establecidas dentro de las Bases de (PROCEDIMIENTO-----).

SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones (BASES DEL PROCEDIMIENTO-----).

TERCERA.- LUGAR, PERIODO DE ENTREGA Y VIGENCIA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes materia del presente contrato a **“EL CONTRATANTE”**, (DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO).

Asimismo **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar los bienes adquiridos materia del presente instrumento en el inmueble ubicado en -----.

CUARTA.- DEL IMPORTE TOTAL.

“LAS PARTES” convienen que el importe por la adquisición de los bienes (DESCRIBIR BIENES ADQUIRIDOS), objeto del presente contrato, es fijo y es por la cantidad de \$----- (----- --/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$----- (----- --/100 M.N.), cantidades que sumadas dan un total de \$----- (----- --/100 M.N.).

QUINTA.- DE LA FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:

- I. La forma de pago se realizará en una sola exhibición dentro de los 45 días naturales posteriores a la entrega de la factura, contra entrega de los bienes materia del presente contrato, a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; la factura deberá cubrir con los requisitos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. **“EL PROVEEDOR”** deberá contar con facturación electrónica;
- II. **“EL PROVEEDOR”** realizará el pago del derecho del CINCO AL MILLAR, por los pagos que se generen con motivo de la adquisición de los bienes objeto del presente instrumento, lo anterior de conformidad a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente;
- III.- El pago descrito en el Punto I de la presente Cláusula, se efectuará a **“EL PROVEEDOR”** por medio de transferencia de recursos a la cuenta y CLABE que para tal efecto éste le indique a **“EL CONTRATANTE”** o bien mediante cheque, a juicio de este último previa presentación de la factura respectiva, siempre que se hayan entregado los bienes objeto del presente contrato a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; dicha factura deberá cumplir con los requisitos legales y aplicables;





SEXTA.- DE LOS PAGOS EN EXCESO.

“**LAS PARTES**” convienen que no habrá incremento en la cantidad por concepto de pago de los bienes materia del presente contrato, sobre los costos fijos del mismo a que hace referencia la Cláusula Cuarta.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “**EL PROVEEDOR**”, éste se obliga a reintegrarlos, más los intereses generados, mismos que se computarán por días naturales desde la fecha del pago en exceso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “**EL CONTRATANTE**”.

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a:

- I. Entregar a “**EL CONTRATANTE**” los bienes materia del presente contrato, en términos de la Cláusula Segunda y de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la Cláusula Tercera del presente contrato;
- II. Asimismo “**EL PROVEEDOR**” se compromete a lo siguiente:
 - a) Entregar los bienes materia del presente instrumento en el lugar señalado por la contratante;
 - b) Garantizar los vicios ocultos, si los hubiera, durante la vigencia de la garantía;
 - c) Responder por los daños parciales o totales que su personal, los equipos o el material empleados por éste, cause a los bienes propiedad de “**EL CONTRATANTE**”, servidores públicos y a terceros;
- III. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la conservación y buen estado de los bienes objeto del presente contrato;
- IV. Responder por los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a “**EL CONTRATANTE**” o a terceros;
- V. Responsabilizarse de la honradez, buena conducta, eficiencia y absoluta discreción del personal que utilice en la entrega de los bienes materia del presente contrato;
- VI. Entregar a “**EL CONTRATANTE**” la garantía de cumplimiento por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato;
- VII. Proporcionar el número de cuenta y CLABE a “**EL CONTRATANTE**” para el pago oportuno por la adquisición de los bienes materia del presente contrato;
- VIII. Comunicar por escrito oportunamente a “**EL CONTRATANTE**” cualquier cambio de domicilio fiscal;





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

- IX.** Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato, las que deriven de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las demás disposiciones legales, técnicas, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables en la materialización del objeto contratado.

OCTAVA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato **“EL CONTRATANTE”** se obliga a:

- I.** Pagar a **“EL PROVEEDOR”**, la cantidad fijada en la Cláusula Cuarta por concepto de pago, en los términos previstos en la Cláusula Quinta, ambas del presente Instrumento;
- II.** Aplicar las sanciones correspondientes en caso de atraso o incumplimiento sin justificación alguna, que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal;
- III.** Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la Unidad Responsable; y
- IV.** Las demás que deriven del presente contrato.

NOVENA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y POSIBLES VICIOS OCULTOS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a constituir Fianza expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, la cual deberá ser a favor de **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**, por un importe equivalente al -----% DEL MONTO TOTAL del presente contrato con I.V.A. incluido, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento y la indemnización por vicios ocultos de las obligaciones consignadas en el presente instrumento y en la que además se especifique:

- Número de Contrato.
- Fecha del Contrato.
- Monto total del Contrato.
- Fecha de expedición y vigencia de la póliza, la cual deberá permanecer vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- Monto de la fianza.
- Señalar con precisión las obligaciones garantizadas.
- Que la afianzadora se obliga a seguir garantizando aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas.
- Que se somete al procedimiento de ejecución que se establece en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el supuesto de hacerse exigibles las garantías.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a presentar a **“LA SECRETARÍA”**, la garantía de cumplimiento del contrato, a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a que se firme el presente instrumento.

Estableciendo **“LAS PARTES”** que en caso de que el proveedor no exhiba la garantía, establecida en líneas que anteceden, será motivo de rescisión administrativa de manera unilateral de este Contrato, sin responsabilidad para **“LA SECRETARÍA”** de ningún tipo de prestación o de derecho.





En caso de que **“LA SECRETARÍA”**, decida modificar el contrato, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a garantizar dicha modificación en los términos señalados en el instrumento respectivo.

DÉCIMA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS.

“EL PROVEEDOR” no podrá conferir, ceder, ni transmitir los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven del presente contrato, en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de **“EL CONTRATANTE”**.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.

“EL PROVEEDOR” conviene y acepta que en atención al origen del presente contrato, no se establecen o derivan del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo, el personal empleado por **“EL PROVEEDOR”**, para el cumplimiento del objeto de este contrato, se entenderá relacionado exclusivamente con él, por ende **“EL PROVEEDOR”** asumirá la responsabilidad por este concepto de acuerdo a las disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, en ningún caso **“EL CONTRATANTE”** será considerado como empleador solidario o sustituto.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar los bienes objeto de este contrato a satisfacción de **“EL CONTRATANTE”** así como responder por cuenta y riesgo del retardo o deficiencia en la entrega de los mismos así como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“EL CONTRATANTE”**, o a terceros.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

“EL CONTRATANTE” podrá rescindir el presente contrato administrativamente de pleno derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 en relación con los diversos 123 y 125 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para éste, cuando concurran los siguientes casos:

- I. Si **“EL PROVEEDOR”** no entrega los bienes objeto del presente instrumento en la fecha pactada;
- II. Si **“EL PROVEEDOR”**, no entrega los bienes objeto de este contrato en las especificaciones técnicas, condiciones, términos y características pactados en el mismo;
- III. Si **“EL PROVEEDOR”** suspende injustificadamente la entrega de los bienes objeto del presente contrato;
- IV. Si **“EL PROVEEDOR”** no otorga a **“EL CONTRATANTE”** los informes que éste le requiera con relación a los bienes adquiridos contratados;
- V. Si **“EL PROVEEDOR”** es declarado sujeto a concurso mercantil o en estado de quiebra; y
- VI. En caso de incumplimiento de **“EL PROVEEDOR”** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato.





“EL CONTRATANTE” podrá optar entre demandar el cumplimiento del contrato, o bien, declarar la rescisión administrativa del mismo; asimismo, **“EL PROVEEDOR”** conviene en pagar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

En el caso de que sea **“EL PROVEEDOR”** quien pretenda dar por rescindido este contrato por causas de incumplimiento imputables a **“EL CONTRATANTE”**, deberá obtener declaración judicial favorable, siendo requisito indispensable agotar previamente el procedimiento de conciliación establecido en el artículo 147 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE” tendrá la facultad de verificar el cumplimiento por parte de **“EL PROVEEDOR”** de sus obligaciones adquiridas al amparo de este contrato, en los términos acordados; **“EL CONTRATANTE”** podrá optar por aplicar penas convencionales de acuerdo a lo previsto por el artículo 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en caso de determinar que existen los siguientes eventos:

- I. Cuando **“EL PROVEEDOR”** se atrase en la entrega de los bienes objeto del presente contrato; y
- II. Cuando **“EL PROVEEDOR”** entregue los bienes materia del presente contrato con diferentes características o términos a lo pactado;

“LAS PARTES” convienen y aceptan en fijar como pena convencional, para cualquiera de los eventos de incumplimiento, la cantidad correspondiente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total de los bienes objeto del presente contrato, no entregados a tiempo o bien entregados con características y términos distintos a lo pactado, cuantificando la pena por cada día natural hasta la entrega a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; asimismo en caso de que la aplicación sume el 10% (diez por ciento) del Monto Total del contrato **“EL CONTRATANTE”** podrá rescindirlo. Tratándose del supuesto previsto en la fracción II de la presente Cláusula, **“EL PROVEEDOR”** además deberá sustituir el servicio conforme a las características contratadas.

Esta Cláusula se aplicará independientemente de las sanciones a que haya lugar en términos de los artículos 135, 136 fracciones III y IV, 137, 138 y 142 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- DE LA SUSPENSIÓN.

“EL CONTRATANTE” podrá suspender total o parcialmente y en forma temporal la vigencia del presente contrato, en términos de lo previsto por el artículo 121 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cuando exista causa justificada, debiendo hacerlo del conocimiento por escrito de **“EL PROVEEDOR”**, una vez que se haya definido la suspensión, la vigencia no podrá ser modificada ni prorrogada por tiempo indefinido.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

“EL CONTRATANTE”, podrá terminar en forma anticipada el presente contrato, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los siguientes casos:

- I. Cuando concurren razones de interés general;





- II. En caso de existir causas justificadas, que extingan la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados o hagan imposible la continuación de la vigencia del mismo, y se demuestre que en caso contrario, se causaría un daño o perjuicio grave al Estado; y
- III. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión a que se refiere la Cláusula anterior.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.

“EL CONTRATANTE” pondrá a disposición de **“EL PROVEEDOR”**, la documentación e información necesaria que sea considerada confidencial para el debido cumplimiento de la prestación del servicio objeto de este contrato, por lo que **“EL PROVEEDOR”**, se obliga a no divulgarla, bajo pena de responder de los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a **“EL CONTRATANTE”**, con independencia de las sanciones civiles o penales en las que **“EL PROVEEDOR”**, o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes pudiera incurrir.

Para estos efectos se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas, métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, formulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas, o cualquier otro tipo de información, propiedad de **“EL CONTRATANTE”** a la que tenga acceso **“EL PROVEEDOR”**, misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, diskettes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS MODIFICACIONES.

Las modificaciones que en su caso **“LAS PARTES”** acuerden, se realizarán en términos de lo previsto por la Sección Dos “Modificaciones a los Contratos”, del Capítulo I “De los Contratos”, del Título Quinto “Contratación” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA NOVENA.- DE LA VIGENCIA.

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción, y concluirá al XX de XXXXXXXX de XXXX.

VIGÉSIMA.- DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, Ley de Egresos del Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, **“LAS PARTES”** se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Puebla, por lo tanto renuncian al fuero y jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-198-622/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

Leído el presente contrato y enteradas **“LAS PARTES”** de su contenido, lo firman por triplicado el -----, en la Heroica Puebla de Zaragoza.

“EL CONTRATANTE”

UNIDAD RESPONSABLE”

NOMBRE
(CARGO)

NOMBRE
(CARGO)

“ASISTE”

“EL PROVEEDOR”

NOMBRE
(CARGO)

NOMBRE
(CARGO)

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ----- CELEBRADO POR ----- Y -----, EL ---DE ----- DEL 20XX.

